


Bench Top Extraction Arms FX

FX₂ Original/Chem



Original user manual

EN USER MANUAL

Translation of original user manual

CS NÁVOD K OBSLUZE

DE BEDIENUNGSANLEITUNG

ES MANUAL DE USUARIO

FI KÄYTTÖOHJE

FR MANUEL DE L'UTILISATEUR

IT MANUALE DELL'UTENTE

NL GEBRUIKERSHANDLEIDING

PL INSTRUKCJA OBSŁUGI

SV ANVÄNDARMANUAL

ZH 使用手册

Declaration of Conformity	4
Images	6
English	14
Český	19
Deutsch	24
Español	29
Suomi	34
Français	39
Italiano	44
Nederlands	49
Polski	54
Svenska	60
中文	65

Declaration of Conformity

EN English

Declaration of Conformity

We, AB Ph. Nederman & Co., declare under our sole responsibility that the Nederman product: FX₂ Original/Chem (Part No. **, and stated versions of **) to which this declaration relates, is in conformity with all the relevant provisions of the following directives and standards:

Directives

2006/42/EC.

Standards

EN ISO 12100:2010, EN ISO 20607:2019.

The name and signature at the end of this document is the person responsible for both the declaration of conformity and the technical file.

CS Český

Prohlášení o Shodě

My, společnost AB Ph. Nederman & Co., prohlašujeme na svou zodpovědnost, že výrobek Nederman: FX₂ Original/Chem (díl č. **, a uvedla, verze **), ke kterému se toto prohlášení vztahuje, je v souladu se všemi příslušnými ustanoveními následujících směrnic a norem:

Směrnice

2006/42/EC.

Normy

EN ISO 12100:2010, EN ISO 20607:2019.

Na konci tohoto dokumentu je jméno a podpis osoby zodpovědné za prohlášení o shodě a soubor technické dokumentace.

DE Deutsch

Konformitätserklärung

Wir, AB Ph. Nederman & Co., erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Nederman Produkt: FX₂ Original/Chem (Art.-Nr. **, und bauartgleiche Versionen **), auf welches sich diese Erklärung bezieht, mit allen einschlägigen Bestimmungen der folgenden Richtlinien und Normen übereinstimmt:

Richtlinien

2006/42/EC.

Standards

EN ISO 12100:2010, EN ISO 20607:2019.

Der Name und die Unterschrift am Ende dieses Dokuments sind die für die Konformitätserklärung und die technischen Unterlagen verantwortlichen Personen.

ES Español

Declaración de Conformidad

Nosotros, AB Ph. Nederman & Co., declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que el producto de Nederman, FX₂ Original/Chem (Ref. n.º ** y las versiones indicadas de **), al que hace referencia esta declaración, cumple con todas las provisiones relevantes de las Directivas y normas que se indican a continuación:

Directivas

2006/42/EC.

Normas

EN ISO 12100:2010, EN ISO 20607:2019.

El nombre y firma que figuran al final de este documento corresponden a la persona responsable, tanto de la declaración como de la ficha técnica.

FI Suomi

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Me, AB Ph. Nederman & Co., vakuutamme yksinomaan omalla vastuullamme, että Nederman tuote: FX₂ Original/Chem (tuotenro ** ja **:n määritetyt versiot), jota tämä vakuutus koskee, on seuraavien direktiivien ja standardien kaikkien sovellettavien määräysten mukainen:

Direktiivit

2006/42/EC.

Standardit

EN ISO 12100:2010, EN ISO 20607:2019.

Tämä asiakirjan lopussa oleva nimi ja allekirjoitus ovat henkilön, joka vastaa sekä vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta että teknisestä tiedostosta.

FR Français

Déclaration de Conformité

Nous, AB Ph. Nederman & Co., déclarons sous notre seule responsabilité que le produit Nederman : FX₂ Original/Chem (réf. ** et versions indiquées de **) auquel fait référence la présente déclaration est en conformité avec toutes les dispositions applicables des directives et normes suivantes :

Directives

2006/42/EC.

Normes

EN ISO 12100:2010, EN ISO 20607:2019.

Le nom et la signature à la fin de ce document sont ceux de la personne responsable de la déclaration de conformité et du fichier technique.

IT Italiano**Dichiarazione di Conformità**

AB Ph. Nederman & Co., dichiara sotto la propria esclusiva responsabilità che il prodotto Nederman: FX₂ Original/Chem (Art. N. **, e le versioni di detto **) al quale è relativa la presente dichiarazione, è conforme alle disposizioni delle seguenti direttive e normative:

Direttive

2006/42/EC.

Normative

EN ISO 12100:2010, EN ISO 20607:2019.

Il nome e la firma in calce al presente documento appartengono al responsabile della dichiarazione di conformità e della documentazione tecnica.

NL Nederlands**Conformiteitsverklaring**

Wij, AB Ph. Nederman & Co., verklaren onder onze verantwoordelijkheid dat het Nederman product:

FX₂ Original/Chem (artikelnr. **, en vermelde uitvoeringen van **)

waarop deze verklaring betrekking heeft, in overeenstemming is met alle relevante bepalingen van de volgende richtlijnen en normen:

Richtlijnen

2006/42/EC.

Normen

EN ISO 12100:2010, EN ISO 20607:2019.

Naam en handtekening onder dit document zijn van degene die verantwoordelijk is voor zowel de Verklaring van Overeenstemming als het technische document.

PL Polski**Deklaracja Zgodności**

My, AB Ph. Nederman & Co. niniejszym oświadczamy na naszą własną odpowiedzialność, że Nederman produkt:

FX₂ Original/Chem [nr części ** oraz wskazane wersje **], który jest

przedmiotem niniejszej deklaracji, spełnia wszystkie odpowiednie wymagania wymienionych niżej dyrektyw i norm:

Dyrektywy

2006/42/EC.

Normy

EN ISO 12100:2010, EN ISO 20607:2019.

Na końcu niniejszego dokumentu znajdują się imię i nazwisko oraz podpis osoby odpowiedzialnej za deklarację zgodności oraz dokumentację techniczną.

SV Svenska**Överensstämmelsedeklaration**

Vi, AB Ph. Nederman & Co., förklarar under vårt fulla ansvar att Nederman-produkten:

FX₂ Original/Chem (artikelnummer **, och angivna versioner av **)

som denna deklaration avser, är i överensstämmelse med alla relevanta bestämmelser i följande direktiv och standarder:

Direktiv

2006/42/EC.

Standarder

EN ISO 12100:2010, EN ISO 20607:2019.

Namnet och signaturen i slutet av detta dokument är den person som ansvarar för både försäkran om överensstämmelse och den tekniska fi-len.

ZH 中文**符合性声明**

我们瑞典 AB Ph. Nederman & Co. 公司郑重声明：

与本声明相关的 Nederman 产品 FX₂ Original/Chem (零件号：**, 并指

出版本**) 符合以下 指令和标准的所有相关条例：

指令

2006/42/EC.

标准

EN ISO 12100:2010, EN ISO 20607:2019.

此文档末尾的名字和签名即为符合性声明和技术文件的负责人。

**

70603144, 70603244, 70603344, 70603444, 70603544, 70603644, 70603744, 70603844, 70605644, 70605744, 70605844, 70605944, 70606044, 70606144, 70606244, 70606344, 70606444

Anna Cederlund


AB Ph. Nederman & Co.
P.O. Box 602
SE-251 06 Helsingborg
Sweden

Anna Cederlund
Product Center Manager
Technical Product Management
2025-03-17




Images


1




2




3




4




5




6




7




8




9




10








11



12



13







Table of contents

Images	6
1 Preface	15
2 Safety	15
2.1 Classification of important information	15
2.2 General	15
3 Description	16
3.1 Area of use	16
3.2 Original arm	16
3.3 Chemical arm	16
3.4 Dimensions duct connections	16
3.5 Technical data	16
3.6 Material specification	17
4 Installation	17
4.1 Delivery check	17
4.2 Mounting instruction	17
4.2.1 Fitting the gas spring (FX ₂ D100 - L2400 only).....	17
4.3 Damper, swivel and link adjustments	17
5 Use	17
5.1 Arm position	18
6 Maintenance	18
6.1 Maintenance checklist	18
7 Spare Parts	18
7.1 Ordering spare parts	18
8 Recycling	18

1 Preface

Thank you for using a Nederman product!

The Nederman Group is a world-leading supplier and developer of products and solutions for the environmental technology sector. Our innovative products will filter, clean and recycle in the most demanding of environments. Nederman's products and solutions will help you improve your productivity, reduce costs and also reduce the impact on the environment from industrial processes.

Read all product documentation and the product identification plate carefully before installation, use, and service of this product. Replace documentation immediately if lost. Nederman reserves the right, without previous notice, to modify and improve its products including documentation.

This product is designed to meet the requirements of relevant EC directives. To maintain this status, all installation, maintenance, and repair is to be done by qualified personnel using only Nederman original spare parts and accessories. Contact the nearest authorized distributor or Nederman for advice on technical service and obtaining spare parts. If there are any damaged or missing parts when the product is delivered, notify the carrier and the local Nederman representative immediately.

2 Safety

2.1 Classification of important information

This document contains important information that is presented either as a warning, caution or note, according to the following examples:



WARNING! Risk of personal injury

Warnings indicate a potential hazard to the health and safety of personnel, and how that hazard may be avoided.



CAUTION! Risk of equipment damage

Cautions indicate a potential hazard to the product but not to personnel, and how that hazard may be avoided.



NOTE!

Notes contain other information that is important for personnel.

2.2 General



WARNING! Risk of personal injury

- Always read [Chapter 2 Safety](#) before installation, use, service, or troubleshooting of this product.
- Follow all local rules and regulations for installation, service and troubleshooting of this product.
- The product must not be used for extracting such dust/gas-mixtures which could affect the product materials. See [Image 3](#).
- The Extractor Arm must not be used for extracting gas-mixtures in explosion category II C *.
- Do not use the Extractor Arm for EX/ESD applications.
- The Extractor Arm must not be used for extracting poisonous substances.
- Check that no objects which can cause sparking or fire can be drawn into the arm.
- Avoid mixing dust from different processes, for example, service works and plastic grinding combined with metal grinding.






CAUTION! Risk of equipment damage

Use only Nederman original spare parts and accessories.

EN 3 Description

3.1 Area of use

Arm model	Area of use	
FX ₂ Original		Fumes and vapour
FX ₂ Original		Dust
FX ₂ Chem		Chemical applications

3.2 Original arm

FX₂ Original is intended for applications where small, flexible and easy-to-use arms are required and for general applications where there is little risk of electrical discharges or attack by aggressive chemicals. It has profiles made of anodized aluminium NA10.

3.3 Chemical arm

FX₂ Chem is intended for applications where small, flexible and easy-to-use arms are required and for fume extraction in aggressive environments where there must be resistance from corrosion. It has profiles made of anodized aluminium NA20.

3.4 Dimensions duct connections

See [Image 1](#).

3.5 Technical data

FX ₂ Original/Chem	D50 arms	D75 arms	D100 arms
Diameter	50 mm	75 mm	100 mm
Weight, Up/Down - Low	1,9 - 2,8 kg (4.2 - 6.2 lbs)	3,3 - 3,5 kg (7.3 - 7.7 lbs)	4,8 - 6,9 kg (10.6 - 15.2 lbs)
Weight, Up - Plus	2,5 - 3,4 kg (5.5 - 7.5 lbs)	4,1 - 4,3 kg (9.0 - 9.5 lbs)	5,2 - 7,9 kg (11.5 - 17.4 lbs)
Weight, Up/Down - Through	1,9 - 2,8 kg (4.2 - 6.2 lbs)	3,3 - 3,5 kg (7.3 - 7.7 lbs)	4,8 - 5,9 kg (10.6 - 13.0 lbs)
Recommended airflow	50 - 110 m ³ /h (29.4 - 64.7 cfm)	110 - 240 m ³ /h (64.7 - 140.3 cfm)	200 - 450 m ³ /h (117.7 - 264.9 cfm)
Maximum airflow	142 m ³ /h (83.6 cfm)	318 m ³ /h (187.2 cfm)	565 m ³ /h (332.6 cfm)
Maximum vacuum	3500 Pa (0.51 psi)	3500 Pa (0.51 psi)	3500 Pa (0.51 psi)
Ambient temperature (extracted air)	Max 70°C (158°F)	Max 70°C (158°F)	Max 70°C (158°F)
Material recovery	99% by weight	99% by weight	99% by weight

3.6 Material specification

See [Image 2](#).

Position No	Material
1	PP plastic
2	FX ₂ Original: Anodized aluminium N10 FX ₂ Chem: Anodized aluminium N20
3	Rubber: EPDM rubber
4	Painted aluminium
5	Spring: Stainless steel
6	Damper: PP/TPE
7	Axle: Stainless steel

4 Installation



WARNING! Risk of personal injury

Always read [Chapter 2 Safety](#) before installation, use, service, or troubleshooting of this product.

4.1 Delivery check

If there are any damaged or missing parts when the product is delivered, notify the carrier and the local Nederman representative immediately.

4.2 Mounting instruction

- See, [Image 3](#), [Image 4](#), [Image 5](#), [Image 6](#) and [Image 7](#). The extractor arm can be mounted on a wall, bench, floor or ceiling. A mounting instruction comes together with the accessories wall/ceiling bracket, hood and bench bracket.
- See [Image 8](#). The arm must always be mounted so that the adjusting knobs on the links are on the right-hand side.



NOTE!

If a UP-arrow is positioned near the duct connector, the arm must only be installed so that this arrow points upwards.

- See [Image 9](#). Make sure the arm and the duct are properly connected.
- See [Image 12](#). Do not use a screw with that part of the arm.

4.2.1 Fitting the gas spring (FX₂ D100 - L2400 only)

See [Image 14](#) (B).

4.3 Damper, swivel and link adjustments

The links are factory set for normal working positions. Always check and adjust the links so they will suit the users preference.

See [Image 14](#) (A).

- 1 Damper open.
- 2 Damper closed.

5 Use



WARNING! Risk of personal injury

Always read [Chapter 2 Safety](#) before installation, use, service, or troubleshooting of this product.

EN 5.1 Arm position

See [Image 13](#). Always place the arm as close as possible to the source. When possible, place the arm sideways to the source for best capture, to avoid interfering with the work process, and to minimize the effect of the cross draft. See [Image 13](#) (A).

Always check that the airflow is sufficient in the hood before work begins. Insufficient airflow can be due to:

- The fan impeller rotates in the wrong direction.
- Hood, arm or ducts are blocked.

For adjustments of damper, swivel and link, see [Image 14](#) (A).

6 Maintenance**WARNING! Risk of personal injury**

Always read [Chapter 2 Safety](#) before installation, use, service, or troubleshooting of this product.

6.1 Maintenance checklist

Check the following maintenance action points according to the actions in the table, at periodic intervals if stated, but at least once a year or when exchanging and mounting spare parts.

Maintenance action points	Interval
Dismantle the arm. Clean the whole arm internally and externally.	Annually
Check the mounting of the arm on wall, bench or ceiling.	Annually
Check the airflow. If it is reduced, the ventilation system must be inspected.	Annually

7 Spare Parts**CAUTION! Risk of equipment damage**

Use only Nederman original spare parts and accessories.

Contact your nearest authorized distributor or Nederman for advice on technical service or if you require help with spare parts. See also www.nederman.com.

7.1 Ordering spare parts

When ordering spare parts always state the following:

- The part number and control number (see the product identification plate).
- Detail number and name of the spare part (see www.nederman.com/en/service/spare-part-search).
- Quantity of the parts required.

8 Recycling

The product has been designed for component materials to be recycled. Different material types must be handled according to relevant local regulations. Contact the distributor or Nederman if uncertainties arise when scrapping the product at the end of its service life.

Obsah

Obrázky	6
1 Úvod	20
2 Bezpečnost	20
2.1 Klasifikace důležitých informací	20
2.2 Obecné	20
3 Popis	21
3.1 Oblast použití	21
3.2 Původní rameno	21
3.3 Chemické rameno	21
3.4 Rozměry potrubních přípojek	21
3.5 Technické údaje	21
3.6 Parametry materiálu	22
4 Instalace	22
4.1 Kontrola dodávky	22
4.2 Montážní pokyny	22
4.2.1 Montáž plynové pružiny (pouze FX ₂ D100 - L2400)	22
4.3 Nastavení klapky, otočného kloubu a spoje	22
5 Použití	23
5.1 Poloha ramene	23
6 Údržba	23
6.1 Kontrolní seznam údržby	23
7 Náhradní díly	23
7.1 Objednávání náhradních součástí	23
8 Recyklace	23

1 Úvod

Děkujeme, že používáte produkt Nederman!

CS

Skupina Nederman je předním světovým dodavatelem a vývojářem produktů a řešení pro odvětví environmentálních technologií. Naše inovativní produkty budou filtrovat, čistit a recyklovat v těch nejnáročnějších prostředích. Produkty a řešení společnosti Nederman vám pomohou zlepšit vaši produktivitu, snížit náklady a také snížit dopad průmyslových procesů na životní prostředí.

Před instalací, použitím a údržbou tohoto výrobku si pečlivě přečtěte veškerou dokumentaci k výrobku a identifikační štítek výrobku. Pokud dojde ke ztrátě dokumentace, je třeba ji ihned nahradit. Společnost Nederman si vyhrazuje právo upravovat a vylepšovat své výrobky včetně dokumentace bez předchozího upozornění.

Tento produkt je navržen tak, aby splňoval požadavky odpovídajících směrnic EU. Pro zachování stavu musí být všechny montážní práce, údržba a opravy provedeny pouze kvalifikovaným personálem za pomoci originálních náhradních součástí a příslušenství od společnosti Nederman. Potřebujete-li jakoukoliv technickou radu ohledně údržby nebo získání náhradních součástí, kontaktujte svého nejbližšího autorizovaného prodejce společnosti Nederman. Pokud jsou některé součásti při dodání poškozeny nebo ztraceny, informujte přepravce a místního zástupce společnosti Nederman.

2 Bezpečnost

2.1 Klasifikace důležitých informací

Tento dokument obsahuje důležité informace, které jsou vyjádřeny formou výstrahy, upozornění nebo poznámky. Příklady viz níže:



VAROVÁNÍ! Riziko poranění osob.

Varování upozorňují na možné riziko ohrožující zdraví a bezpečnost osob a na způsob, jak se lze těchto rizik vyvarovat.



POZOR! Nebezpečí poškození zařízení

Varování zdůrazňují případná rizika poškození zařízení, ne osob a jak se těmto rizikům vyvarovat.



POZNÁMKA!

Poznámky obsahují další informace důležité pro personál.

2.2 Obecné



VAROVÁNÍ! Riziko poranění osob.

- Před instalací, použitím, údržbou nebo odstraňování poruch si vždy nejprve prostudujte [Kapitola 2 Bezpečnost](#).
- Postupujte podle všech místních předpisů a pravidel pro montáž, údržbu a odstraňování poruch tohoto výrobku.
- Výrobek se nesmí používat pro odsávání takových směsí vzduchu s prachem/plynnem, které by mohly ovlivnit materiály výrobku. Viz [Obraz 3](#).
- Rameno odsávače nesmí být použito pro odsávání plynných směsí s kategorií výbušnosti II C*.
- Nepoužívejte rameno odsávače pro aplikace Ex/ESD.
- Rameno odsávače nesmí být použito pro odsávání toxických látek.
- Zkontrolujte, zda do ramene nemohou být nasáty žádné předměty, které by mohly způsobit jiskření nebo požár.
- Zabraňte přísávání prachu z odlišných procesů, například ze servisní činnosti nebo broušení plastu současně s broušením kovů






POZOR! Nebezpečí poškození zařízení

Používejte pouze originální náhradní díly a příslušenství Nederman.

3 Popis

3.1 Oblast použití

CS

Model ramene	Oblast použití
FX ₂ Original	 Kouř a pára
FX ₂ Original	 Prach
FX ₂ Chem	 Chemické aplikace

3.2 Původní rameno

Zařízení FX₂ Original je určeno pro aplikace, kde se vyžaduje malé, pružné a snadno použitelné rameno, a pro běžné aplikace, kde hrozí malé riziko elektrických výbojů nebo poškození agresivními chemikáliemi. Profil je vyhotoven z eloxovaného hliníku NA10.

3.3 Chemické rameno

Zařízení FX₂ Chem je určen pro aplikace, kde jsou požadována malá, flexibilní a snadno použitelná ramena, a pro odsávání kouře v agresivním prostředí, kde je třeba zajistit odolnost proti korozi. Má profily z eloxovaného hliníku NA20.

3.4 Rozměry potrubních přípojek

Viz [Obraz 1](#).

3.5 Technické údaje

FX ₂ Original/Chem	D50 ramena	D75 ramena	D100 ramena
Průměr	50 mm	75 mm	100 mm
Hmotnost, nahoru/dolů - krátký	1,9 - 2,8 kg (4.2 - 6.2 lbs)	3,3 - 3,5 kg (7.3 - 7.7 lbs)	4,8 - 6,9 kg (10.6 - 15.2 lbs)
Hmotnost, nahoru - plus	2,5 - 3,4 kg (5.5 - 7.5 lbs)	4,1 - 4,3 kg (9.0 - 9.5 lbs)	5,2 - 7,9 kg (11.5 - 17.4 lbs)
Hmotnost, nahoru/dolů - stolem	1,9 - 2,8 kg (4.2 - 6.2 lbs)	3,3 - 3,5 kg (7.3 - 7.7 lbs)	4,8 - 5,9 kg (10.6 - 13.0 lbs)
Doporučený průtok vzduchu	50 - 110 m ³ /h (29.4 - 64.7 cfm)	110 - 240 m ³ /h (64.7 - 140.3 cfm)	200 - 450 m ³ /h (117.7 - 264.9 cfm)
Maximální průtok vzduchu	142 m ³ /h (83.6 cfm)	318 m ³ /h (187.2 cfm)	565 m ³ /h (332.6 cfm)
Maximální podtlak	3500 Pa (0.51 psi)	3500 Pa (0.51 psi)	3500 Pa (0.51 psi)
Teplota prostředí (odsávaný vzduch)	Max. 70°C (158°F)	Max. 70°C (158°F)	Max. 70°C (158°F)
Recyklace materiálů	99% hmotnosti	99% hmotnosti	99% hmotnosti

3.6 Parametry materiálu

Viz [Obraz 2](#).

CS

Pozice č.	Materiál
1	Polypropylenový plast
2	FX ₂ Original: Eloxovaný hliník N10 FX ₂ Chem: Eloxovaný hliník N20
3	Pryž: Pryž EPDM
4	Lakovaný hliník
5	Pružina: Nerezová ocel
6	Klapka: PP/TPE
7	Osa: Nerezová ocel

4 Instalace



VAROVÁNÍ! Riziko poranění osob.

Před instalací, použitím, údržbou nebo odstraňováním poruch si vždy nejprve prostudujte [Kapitola 2 Bezpečnost](#).

4.1 Kontrola dodávky

Pokud po dodání výrobku zjistíte, že jsou některé díly poškozeny nebo chybí, neprodleně o tom uvědomte přepravce a místního zástupce společnosti Nederman.

4.2 Montážní pokyny

- Viz [Obraz 3](#), [Obraz 4](#), [Obraz 5](#), [Obraz 6](#) a [Obraz 7](#). Odsávací rameno lze montovat na stěnu, pracovní stůl, podlahu nebo strop. Montážní pokyny jsou dodávány společně s příslušenstvím: držákem na stěnu/strop, odsávacím krytem a držákem na pracovní stůl.
- Viz [Obraz 8](#). Rameno musí být vždy namontováno tak, aby byly seřizovací ovladače na spojích na pravé straně.



POZNÁMKA!

Pokud je šipka směřující nahoru umístěna v blízkosti přípojky potrubí, musí být rameno namontováno pouze tak, aby tato šipka ukazovala směrem nahoru.

- Viz [Obraz 9](#). Ujistěte se, že je rameno a potrubí správně připojeno.
- Viz [Obraz 12](#). Pro tuto část ramene nepoužívejte šroub.

4.2.1 Montáž plynové pružiny (pouze FX₂ D100 - L2400)

Viz [Obraz 14](#) (B).

4.3 Nastavení klapky, otočného kloubu a spoje

Spoje jsou z výroby nastaveny pro normální pracovní polohy. Spojе vždy zkontrolujte a seříd'te je, aby vyhovovaly potřebám uživatelů.

Viz [Obraz 14](#) (A).

- Klapka otevřená.
- Klapka zavřená.

5 Použití



VAROVÁNÍ! Riziko poranění osob.

Před instalací, použitím, údržbou nebo odstraňováním poruch si vždy nejprve prostudujte [Kapitola 2 Bezpečnost](#).

5.1 Poloha ramene

Viz [Obraz 13](#). Rameno vždy umístěte co nejbližší ke zdroji. Pokud je to možné, umístěte rameno ke zdroji ze strany. Zajistíte tak nejlepší zachycení, nedojte ke střetům s pracovním procesem a bude minimalizován vliv příčného průtoku vzduchu. Viz [Obraz 13\(A\)](#).

Vždy zkontrolujte, zda je před zahájením práce průtok vzduchu v odsávacím krytu dostatečný. Nedostatečný průtok může být způsoben následujícími faktory:

- Oběžné kolo ventilátoru se otáčí nesprávným směrem.
- Odsávací kryt, rameno nebo kanál jsou ucpané.

Nastavení klapky, otočného kloubu a spoje viz [Obraz 14 \(A\)](#).

6 Údržba



VAROVÁNÍ! Riziko poranění osob.

Před instalací, použitím, údržbou nebo odstraňováním poruch si vždy nejprve prostudujte [Kapitola 2 Bezpečnost](#).

6.1 Kontrolní seznam údržby

Zkontrolujte následující body údržby podle akcí uvedených v tabulce, v pravidelných intervalech, pokud jsou uvedeny, ale alespoň jednou ročně nebo při výměně a montáži náhradních dílů.

Akční body údržby	Interval
Demontujte rameno. Vyčistěte celé rameno uvnitř i vně.	Jednou ročně
Zkontrolujte upevnění ramene na stěně, pracovním stole nebo na stropě.	Jednou ročně
Zkontrolujte průtok vzduchu. Pokud je snížen, musí být zkontrolován ventilační systém.	Jednou ročně

7 Náhradní díly



POZOR! Nebezpečí poškození zařízení

Používejte pouze originální náhradní díly a příslušenství Nederman.

S dotazy ohledně servisu nebo náhradních dílů se obraťte na nejbližšího autorizovaného prodejce nebo na společnost Nederman. Viz také www.nederman.com.

7.1 Objednávání náhradních součástí

Při objednávání náhradních dílů uvádějte vždy následující:

- číslo dílu- a kontrolní číslo (viz identifikační štítek výrobku).
- Přesné číslo a název náhradního dílu (viz www.nederman.com/en/service/spare-part-search).
- Množství požadovaných dílů.

8 Recyklace

Výrobek byl vyroben tak, aby se materiály v něm obsažené daly recyklovat. S různými typy materiálů je třeba nakládat dle platných místních předpisů. V případě dotazů při likvidaci výrobku po době jeho životnosti kontaktujte prodejce nebo společnost Nederman.

Inhaltsverzeichnis

Bilder	6
1 Vorwort	25
2 Sicherheit	25
2.1 Klassifizierung wichtiger Informationen	25
2.2 General	25
3 Beschreibung	26
3.1 Einsatzbereich	26
3.2 Arm Original-Modell	26
3.3 Arm Chem-Modell	26
3.4 Abmessungen Kanalanschlüsse	26
3.5 Technische Daten	26
3.6 Materialspezifikation	27
4 Installation	27
4.1 Kontrolle der angelieferten Ware	27
4.2 Montageanleitung	27
4.2.1 Montage der Gasfeder (nur FX ₂ D100 - L2400)	27
4.3 Klappen-, Schwenk- und Verbindungseinstellungen	27
5 Bedienung	28
5.1 Armstellung	28
6 Wartung	28
6.1 Wartungs-Checkliste	28
7 Ersatzteile	28
7.1 Bestellung von Ersatzteilen	28
8 Entsorgung	28

1 Vorwort

Danke, dass Sie ein Nederman-Produkt verwenden!

Die Nederman-Gruppe ist ein weltweit führender Anbieter und Entwickler von Produkten und Lösungen für den Umwelttechnologiesektor. Unsere innovativen Produkte filtern, reinigen und recyceln auch in den anspruchsvollsten Umgebungen. Die Produkte und Lösungen von Nederman helfen Ihnen, Ihre Produktivität zu verbessern, Kosten zu senken und auch die Auswirkungen industrieller Prozesse auf die Umwelt zu reduzieren.

Lesen Sie vor Installation, Benutzung und Wartung dieses Produkts sämtliche Produktdokumentation sowie das Typenschild für dieses Produkt. Bei einem Verlust muss die Dokumentation sofort ersetzt werden. Nederman behält sich das Recht vor, Produkte und Dokumentation ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der einschlägigen EU-Richtlinien. Um diesen Status zu wahren, müssen sämtliche Installations-, Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten von qualifiziertem Personal und ausschließlich mit Original-Ersatzteilen durchgeführt werden. Wenden Sie sich für Hilfestellung zu technischem Service und für Ersatzteile bitte an Ihren Fachhändler oder direkt an Nederman. Wenn Sie bei Anlieferung des Produktes feststellen, dass Teile beschädigt sind oder fehlen, informieren Sie bitte die Spedition und Ihre Nederman Niederlassung vor Ort.

2 Sicherheit

2.1 Klassifizierung wichtiger Informationen

Dieses Dokument enthält wichtige Informationen, die in Form von Warnungen und Hinweisen gegeben werden:



WARNUNG! Verletzungsgefahr

Warnungen weisen auf eine mögliche Gefahr für die Gesundheit und die Sicherheit der Benutzer sowie auf die Gefahrenvermeidung hin.



VORSICHT! Gefahr der Anlagenbeschädigung

Vorsichtshinweise kennzeichnen eine mögliche Gefahr für das Produkt, jedoch nicht für das Personal, und enthalten Informationen zur Gefahrenvermeidung.



BEACHTEN!

Hinweise enthalten wichtige Informationen für die Mitarbeiter.

2.2 General



WARNUNG! Verletzungsgefahr

- Lesen Sie grundsätzlich vor Installation, Einsatz, Wartung oder Fehlerbehebung [Kapitel 2 Sicherheit](#) für dieses Produkt durch.
- Befolgen Sie alle lokalen Regeln und Vorschriften für Installation, Service und Fehlerbehebung dieses Produkts.
- Das Produkt darf nicht zur Absaugung von Staub/Gas-Gemischen verwendet werden, von denen die Produktwerkstoffe beeinträchtigt werden können. Siehe [Bild 3](#).
- Der Absaugarm darf nicht zum Absaugen von Gasgemischen in Bereichen mit Explosionsklasse II C * verwendet werden.
- Der Absaugarm darf nicht für EX/ESD-Anwendungen verwendet werden.
- Der Absaugarm darf nicht zum Absaugen von giftigen Substanzen verwendet werden.
- Stellen Sie sicher, dass keinerlei Gegenstände, die Funken oder Feuer verursachen können, in den Arm gesogen werden können.
- Unterbinden Sie das Vermischen von Staub aus verschiedenen Anwendungen, z. B. das Vermischen von Kunststoff- mit metallischem Schleifstaub bei Servicearbeiten.






VORSICHT! Gefahr der Anlagenbeschädigung

Verwenden Sie ausschließlich Originalersatzteile und Zubehör von Nederman.

3 Beschreibung

3.1 Einsatzbereich

DE

Armmodell	Einsatzbereich	
FX ₂ Original		Rauch und Dämpfe
FX ₂ Original		Staub
FX ₂ Chem		Chemische Einsatzbereich

3.2 Arm Original-Modell

FX₂ Original ist für Bereiche vorgesehen, bei denen der Einsatz kleiner, flexibler und einfach zu verwendender Arme erforderlich ist, sowie für allgemeine Anwendungsbereiche, in denen die Gefahr durch elektrische Entladungen bzw. Angriffe durch aggressive Chemikalien gering ist. Die Profile bestehen aus eloxiertem Aluminium NA10.

3.3 Arm Chem-Modell

FX₂ Chem ist für Bereiche vorgesehen, bei denen der Einsatz kleiner, flexibler und einfach zu verwendender Arme erforderlich ist, Außerdem ist dieses Modell für die Rauchabsaugung in aggressiven Umgebungen mit dem entsprechenden Korrosionsschutz vorgesehen. Die Profile bestehen aus eloxiertem Aluminium NA20.

3.4 Abmessungen Kanalanschlüsse

Siehe [Bild 1](#).

3.5 Technische Daten

FX ₂ Original/Chem	D50 Arme	D75 Arme	D100 Arme
Durchmesser	50 mm	75 mm	100 mm
Gewicht, auf/ab - niedrig	1,9 - 2,8 kg (4.2 - 6.2 lbs)	3,3 - 3,5 kg (7.3 - 7.7 lbs)	4,8 - 6,9 kg (10.6 - 15.2 lbs)
Gewicht, auf - Plus	2,5 - 3,4 kg (5.5 - 7.5 lbs)	4,1 - 4,3 kg (9.0 - 9.5 lbs)	5,2 - 7,9 kg (11.5 - 17.4 lbs)
Gewicht, auf/ab - durch	1,9 - 2,8 kg (4.2 - 6.2 lbs)	3,3 - 3,5 kg (7.3 - 7.7 lbs)	4,8 - 5,9 kg (10.6 - 13.0 lbs)
Empfohlener Luftstrom	50 - 110 m ³ /h (29.4 - 64.7 cfm)	110 - 240 m ³ /h (64.7 - 140.3 cfm)	200 - 450 m ³ /h (117.7 - 264.9 cfm)
Maximaler Luftstrom	142 m ³ /h (83.6 cfm)	318 m ³ /h (187.2 cfm)	565 m ³ /h (332.6 cfm)
Maximales Vakuum	3500 Pa (0.51 psi)	3500 Pa (0.51 psi)	3500 Pa (0.51 psi)
Umgebungstemperatur (Ab-luft)	Max. 70°C (158°F)	Max. 70°C (158°F)	Max. 70°C (158°F)
Materialerholung	99% nach Gewicht	99% nach Gewicht	99% nach Gewicht

3.6 Materialspezifikation

Siehe [Bild 2](#).

Position Nr.	Material
1	PP-Kunststoff
2	FX ₂ Original: Eloxiertes Aluminium N10 FX ₂ Chem: Eloxiertes Aluminium N20
3	Gummi: Kautschuk EPDM
4	Lackiertes Aluminium
5	Feder: Edelstahl
6	Absperrklappe: PP/TPE
7	Achse: Edelstahl

DE

4 Installation



WARNUNG! Verletzungsgefahr

Lesen Sie grundsätzlich vor Installation, Einsatz, Wartung oder Fehlerbehebung [Kapitel 2 Sicherheit](#) für dieses Produkt durch.

4.1 Kontrolle der angelieferten Ware

Wenn bei der Anlieferung Teile beschädigt sind oder fehlen, sind unverzüglich der Spediteur und Ihre Nieder- man-Vertretung zu benachrichtigen.

4.2 Montageanleitung

- Siehe [Bild 3](#), [Bild 4](#), [Bild 5](#), [Bild 6](#) und [Bild 7](#). Der Absaugarm kann an Wand, Bank, Boden oder Decke montiert werden. Die Montageanleitung gehört zum Lieferumfang des Zubehörs Wand-/Deckenhalterung, Haube und Bankhalter.
- Siehe [Bild 8](#). Der Arm muss immer so montiert werden, dass sich die Einstellknöpfe an den Verbindungen auf der rechten Seite befinden.



BEACHTEN!

Wenn es einen Aufwärtspfeil in der Nähe des Kanalverbinders gibt, darf der Arm nur so montiert werden, dass dieser Pfeil nach oben zeigt.

- Siehe [Bild 9](#). Stellen Sie sicher, dass Arm und Kanal vorschriftsmäßig angeschlossen sind.
- Siehe [Bild 12](#). Verwenden Sie an diesem Teil des Arms keine Schraube.

4.2.1 Montage der Gasfeder (nur FX₂ D100 - L2400)

Siehe [Bild 14](#) (B).

4.3 Klappen-, Schwenk- und Verbindungseinstellungen

Die Verbindungen sind werkseitig auf eine normale Arbeitsposition eingestellt. Überprüfen Sie die Verbindungen grundsätzlich und stellen Sie sie bedienergerecht ein.

Siehe [Bild 14](#) (A).

- 1 Klappe offen.
- 2 Klappe geschlossen.

5 Bedienung



WARNUNG! Verletzungsgefahr

Lesen Sie grundsätzlich vor Installation, Einsatz, Wartung oder Fehlerbehebung [Kapitel 2 Sicherheit](#) für dieses Produkt durch.

DE

5.1 Armstellung

Siehe [Bild 13](#). Platzieren Sie den Arm immer so nah wie möglich an der Materialquelle. Halten Sie den Arm nach Möglichkeit seitlich zur Quelle. Dann erhalten Sie das beste Ergebnis und stören den Arbeitsprozess nicht. Außerdem wird so die Zugluftgefahr minimiert. Siehe [Bild 13\(A\)](#).

Überprüfen Sie vor Beginn der Arbeit immer, ob der Luftstrom in der Haube ausreicht. Eventuelle Gründe für unzureichenden Luftstrom:

- Das Lüfterrad dreht sich in die falsche Richtung.
- Haube, Arm oder Kanäle sind verstopft.

Klappen-, Schwenk- und Verbindungseinstellungen, siehe [Bild 14 \(A\)](#).

6 Wartung



WARNUNG! Verletzungsgefahr

Lesen Sie grundsätzlich vor Installation, Einsatz, Wartung oder Fehlerbehebung [Kapitel 2 Sicherheit](#) für dieses Produkt durch.

6.1 Wartungs-Checkliste

Die folgenden Wartungsmaßnahmen gemäß den Angaben in der Tabelle in regelmäßigen Abständen überprüfen, falls dies angegeben ist, mindestens jedoch einmal jährlich oder beim Austausch und Einbau von Ersatzteilen.

Wartungspunkte	Zeitintervall
Den Arm abmontieren. Den ganzen Arm innen und außen reinigen.	Jährlich
Anbringung des Armes an Wand, Bank oder Decke überprüfen.	Jährlich
Luftstrom überprüfen. Ist er reduziert, dann muss die Lüftungsanlage inspiziert werden.	Jährlich

7 Ersatzteile



VORSICHT! Gefahr der Anlagenbeschädigung

Verwenden Sie ausschließlich Originalersatzteile und Zubehör von Nederman.

Wenden Sie sich an einen autorisierten Händler oder an Nederman, um Hilfestellung zum technischen Service zu erhalten oder um Ersatzteile zu bestellen. Siehe auch www.nederman.com.

7.1 Bestellung von Ersatzteilen

Bei der Bestellung von Ersatzteilen ist immer Folgendes anzugeben:

- Teile- und Kontrollnummer (siehe Typenschild am Produkt).
- Ersatzteilnummer mit Beschreibung (siehe www.nederman.com/en/service/spare-part-search).
- Anzahl erforderlicher Ersatzteile.

8 Entsorgung

Bei der Entwicklung des Produktes wurde auf die Recyclingfähigkeit der einzelnen Komponenten geachtet. Die verschiedenen Materialarten sind gemäß den einschlägigen örtlichen Bestimmungen zu entsorgen. Bei Unklarheiten über die korrekte Entsorgung des Produktes wenden Sie sich an Ihren Händler oder an Nederman.

Tabla de contenidos

Imágenes	6
1 Prólogo	30
2 Seguridad	30
2.1 Clasificación de información importante	30
2.2 General	30
3 Descripción	31
3.1 Ámbito de uso	31
3.2 Brazo original	31
3.3 Brazo químico	31
3.4 Dimensiones de las conexiones de los conductos	31
3.5 Datos técnicos	31
3.6 Especificación del material	32
4 Instalación	32
4.1 Comprobación a la entrega	32
4.2 Instrucciones de montaje	32
4.2.1 Montaje del muelle de gas (solo FX ₂ D100 - L2400).....	32
4.3 Ajustes del amortiguador, el pivote y las conexiones	32
5 Uso	33
5.1 Posición del brazo	33
6 Mantenimiento	33
6.1 Lista de comprobación de mantenimiento	33
7 Piezas de repuesto	33
7.1 Solicitud de piezas de repuesto	33
8 Reciclaje	33

1 Prólogo

¡Gracias por usar un producto de Nederman!

El Grupo Nederman es un proveedor y desarrollador líder mundial de productos y soluciones para el sector de la tecnología ambiental. Nuestros productos innovadores filtrarán, limpiarán y reciclarán en los entornos más exigentes. Los productos y soluciones de Nederman le ayudarán a mejorar su productividad, reducir costes y también el impacto en el medio ambiente de los procesos industriales.

ES

Lea con atención toda la documentación del producto y la placa de identificación del producto antes de la instalación, uso y mantenimiento o reparación de este producto. Si pierde la documentación, sustitúyala inmediatamente. Nederman se reserva el derecho a modificar y mejorar sus productos sin previo aviso, incluida la documentación.

Este producto está diseñado para cumplir los requisitos de las directivas CE aplicables. Para mantener esta condición, cualquier instalación, mantenimiento o reparación deberán ser efectuados por personal cualificado utilizando únicamente piezas de repuesto y accesorios originales Nederman. Póngase en contacto con el distribuidor autorizado más próximo o con Nederman para asesoramiento sobre servicio técnico y obtención de piezas de repuesto. Si hay algún componente dañado o extraviado en la entrega del producto, notifíquelo inmediatamente al transportista y al representante local de Nederman.

2 Seguridad

2.1 Clasificación de información importante

Este documento incluye información importante que se presenta como una advertencia, precaución o nota:



¡ADVERTENCIA! Riesgo de lesión personal

Las advertencias indican un peligro potencial para la salud y la seguridad del personal, y la forma en que el peligro puede ser evitado.



PRECAUCIÓN! Riesgo de daño del equipo

Las precauciones indican un peligro potencial para el producto, pero no para el personal y el modo en que se puede evitar dicho peligro.



¡NOTA!

Las notas contienen otra información de importancia para el personal.

2.2 General



¡ADVERTENCIA! Riesgo de lesión personal

- Lea siempre la [Capítulo 2 Seguridad](#) antes de realizar tareas de instalación, uso, puesta a punto o localización y resolución de problemas de este producto.
- Siga todas las normas y reglamentos locales para la instalación, puesta a punto y localización y resolución de problemas de este producto.
- El producto no se debe utilizar para la extracción de mezclas de polvo/gas que pudiesen afectar a los materiales del producto. Consulte la [Imágen 3](#).
- El brazo extractor no se debe utilizar para la extracción de mezclas de gas de la categoría de explosión II C*.
- No utilice el brazo extractor para aplicaciones EX/ESD.
- El brazo extractor no se debe utilizar para extraer sustancias venenosas.
- Compruebe que no haya ningún objeto que cause chispas o fuego y que pueda ser arrastrado hasta el brazo.
- Evite mezclar polvo de diferentes procesos, por ejemplo, tareas de reparación y amolado de plástico mezclado con amolado de metal.






PRECAUCIÓN! Riesgo de daño del equipo

Utilice solo piezas de repuesto y accesorios originales Nederman.

3 Descripción

3.1 Ámbito de uso

Modelo de brazo	Ámbito de uso	
FX ₂ Original		Humos y vapores
FX ₂ Original		Polvo
FX ₂ Chem		Aplicaciones químicas

ES

3.2 Brazo original

FX₂ Original está destinado a aplicaciones en las que se necesitan brazos pequeños, flexibles y fáciles de usar o a aplicaciones en las que existe un mínimo riesgo de descargas eléctricas o ataques provocados por productos químicos agresivos. Cuenta con perfiles de aluminio anodizado NA10.

3.3 Brazo químico

FX₂ Chem está destinado a aplicaciones en las que se necesitan brazos pequeños, flexibles y fáciles de usar y para la extracción de humos en entornos agresivos en los que debe haber resistencia a la corrosión. Cuenta con perfiles de aluminio anodizado NA20.

3.4 Dimensiones de las conexiones de los conductos

Consulte [Imágen 1](#).

3.5 Datos técnicos

FX ₂ Original/Chem	D50 brazos	D75 brazos	D100 brazos
Diámetro	50 mm	75 mm	100 mm
Peso, arriba/abajo - bajo	1,9 - 2,8 kg (4.2 - 6.2 lbs)	3,3 - 3,5 kg (7.3 - 7.7 lbs)	4,8 - 6,9 kg (10.6 - 15.2 lbs)
Peso, arriba - más	2,5 - 3,4 kg (5.5 - 7.5 lbs)	4,1 - 4,3 kg (9.0 - 9.5 lbs)	5,2 - 7,9 kg (11.5 - 17.4 lbs)
Peso, arriba/abajo - directo	1,9 - 2,8 kg (4.2 - 6.2 lbs)	3,3 - 3,5 kg (7.3 - 7.7 lbs)	4,8 - 5,9 kg (10.6 - 13.0 lbs)
Caudal de aire recomendado	50 - 110 m ³ /h (29.4 - 64.7 cfm)	110 - 240 m ³ /h (64.7 - 140.3 cfm)	200 - 450 m ³ /h (117.7 - 264.9 cfm)
Caudal de aire máximo	142 m ³ /h (83.6 cfm)	318 m ³ /h (187.2 cfm)	565 m ³ /h (332.6 cfm)
Vacío máximo	3500 Pa (0.51 psi)	3500 Pa (0.51 psi)	3500 Pa (0.51 psi)
Temperatura ambiente (aire extraído)	Max. 70°C (158°F)	Max. 70°C (158°F)	Max. 70°C (158°F)
Recuperación del material	99% por peso	99% por peso	99% por peso

3.6 Especificación del material

Consulte [Imágen 2](#).

N.º de posición	Material
1	Plástico de PP
2	FX ₂ Original: aluminio anodizado N10 FX ₂ Chem: aluminio anodizado N20
3	Goma: Goma de EPDM
4	Aluminio pintado
5	Muelle: Acero inoxidable
6	Válvula: PP/TPE
7	Eje: Acero inoxidable

ES

4 Instalación



¡ADVERTENCIA! Riesgo de lesión personal

Lea siempre la [Capítulo 2 Seguridad](#) antes de realizar tareas de instalación, uso, puesta a punto o localización y resolución de problemas de este producto.

4.1 Comprobación a la entrega

Si, al recibir el producto, faltara algo o hubiera alguna pieza dañada, comuníquese de inmediato al transportista y al representante local de Nederman.

4.2 Instrucciones de montaje

- Consulte [Imágen 3](#), [Imágen 4](#), [Imágen 5](#), [Imágen 6](#) y [Imágen 7](#). El brazo extractor se puede montar en la pared, en un banco, en el suelo o en el techo. Junto con los accesorios del soporte de pared/techo, el soporte de la campana y del banco, se incluyen las instrucciones de montaje.
- Consulte la [Imágen 8](#). El brazo se debe montar siempre de tal modo que las perillas de ajuste de las conexiones estén en el lado derecho.



¡NOTA!

Si hay una flecha de ARRIBA cerca del conector del conducto, el brazo solo se debe instalar de tal forma que esta flecha esté orientada hacia arriba.

- Consulte la [Imágen 9](#). Asegúrese de que el brazo y el conducto estén correctamente conectados.
- Consulte la [Imágen 12](#). No utilice un tornillo con esa parte del brazo.

4.2.1 Montaje del muelle de gas (solo FX₂ D100 - L2400)

Consulte [Imágen 14](#) (B).

4.3 Ajustes del amortiguador, el pivote y las conexiones

Las conexiones están configuradas de fábrica en las posiciones de trabajo normales. Compruebe siempre y ajuste las conexiones para que se adapten a la preferencia de los usuarios.

Consulte [Imágen 14](#) (A).

- 1 Amortiguador abierto.
- 2 Amortiguador cerrado.

5 Uso



¡ADVERTENCIA! Riesgo de lesión personal

Lea siempre la [Capítulo 2 Seguridad](#) antes de realizar tareas de instalación, uso, puesta a punto o localización y resolución de problemas de este producto.

5.1 Posición del brazo

Consulte [Imágen 13](#). Coloque siempre el brazo lo más cerca posible de la fuente. Cuando sea posible, coloque el brazo en posición lateral con respecto a la fuente para una mejor captura, para evitar interferir con el proceso de trabajo y minimizar el efecto del tiro cruzado. Consulte [Imágen 13](#) (A).

Compruebe siempre que el flujo de aire sea suficiente en la campana antes de comenzar el trabajo. Si hay un flujo de aire insuficiente, ello puede deberse a lo siguiente:

- El impulsor del ventilador gira en la dirección incorrecta.
- La campana, el brazo o los conductos están bloqueados.

Para realizar ajustes del amortiguador, el pivote y las conexiones, consulte [Imágen 14](#) (A).

6 Mantenimiento



¡ADVERTENCIA! Riesgo de lesión personal

Lea siempre la [Capítulo 2 Seguridad](#) antes de realizar tareas de instalación, uso, puesta a punto o localización y resolución de problemas de este producto.

6.1 Lista de comprobación de mantenimiento

Compruebe los siguientes puntos de acción de mantenimiento de acuerdo con las acciones de la tabla, a intervalos periódicos si se indican, pero al menos una vez al año o al cambiar y montar piezas de repuesto.

Puntos de acción de mantenimiento	Intervalo
Desmontar el brazo. Limpiar el brazo entero interna y externamente.	Anualmente
Comprobar el montaje del brazo en la pared, el banco o el techo.	Anualmente
Comprobar el flujo de aire. Si es reducido, se debe inspeccionar el sistema de ventilación.	Anualmente

7 Piezas de repuesto



PRECAUCIÓN! Riesgo de daño del equipo

Utilice solo piezas de repuesto y accesorios originales Nederman.

Póngase en contacto con su distribuidor autorizado más próximo o con Nederman para asesoramiento sobre servicio técnico o si necesita ayuda con las piezas de repuesto. Consulte también www.nederman.com.

7.1 Solicitud de piezas de repuesto

Cuando encargue piezas de repuesto, indique siempre lo siguiente:

- Número de la pieza y de control (véase la placa de identificación del producto).
- Indique el número y el nombre de la pieza de repuesto (visite www.nederman.com/en/service/spare-part-search).
- Cantidad de piezas requeridas.

8 Reciclaje

El producto se ha diseñado para reciclar los materiales de los componentes. Distintos tipos de materiales deben manipularse según la normativa local aplicable. Contacte con el distribuidor o con Nederman si le plantea dudas cómo desechar el producto al final de su vida útil.

Sisällysluettelo

Kuvat	6
1 Esipuhe	35
2 Turvallisuus	35
2.1 Tärkeiden tietojen luokittelu	35
2.2 Yleinen	35
3 Kuvaus	36
3.1 Käyttöalue	36
3.2 Original-pienkohdepoistolaite	36
3.3 Kemiallinen pienkohdepoistolaite	36
3.4 Mitat kanavaliitännät	36
3.5 Tekniset tiedot	36
3.6 Materiaalierittely	37
4 Asennus	37
4.1 Vastaanottotarkastus	37
4.2 Asennusohjeet	37
4.2.1 Kaasujousen asennus (vain FX ₂ D100 - L2400).....	37
4.3 Pelti-, kääntö- ja nivelsäädöt	37
5 Käyttö	37
5.1 Varren asento	38
6 Huolto	38
6.1 Huollon tarkistuslista	38
7 Varaosat	38
7.1 Varaosien tilaaminen	38
8 Kierrätys	38

1 Esipuhe

Kiitos Nederman-tuotteen käyttämisestä!

Nederman Group on maailman johtava ympäristöteknologia-alan tuotteiden ja ratkaisujen toimittaja ja kehittäjä. Innovatiiviset tuotteemme suodattavat, puhdistavat ja kierrättävät ilmaa vaativimmissakin ympäristöissä. Nederman-tuotteet ja ratkaisut auttavat sinua parantamaan tuottavuuttasi, alentamaan kustannuksia ja vähentämään myös teollisten prosessien ympäristövaikutuksia.

Lue kaikki mukana toimitetut asiakirjat ja tuotteen tyyppikilpi huolellisesti ennen tuotteen asentamista, käyttämistä tai huoltamista. Hanki kadonneiden tilalle uudet kappaleet välittömästi. Nederman pidättää oikeuden muuttaa ja parantaa tuotteitaan, dokumentaatio mukaan lukien, ilman ennakoilmoitusta.

Tämä tuote on suunniteltu täyttämään asianmukaisten EY-direktiivien vaatimukset. Direktiivien mukaisen tilan ylläpito edellyttää, että kaikki asennus-, korjaus- ja huoltotyöt suorittaa pätevä henkilöstö käyttäen ainoastaan Nederman alkuperäisiä varaosia ja tarvikkeita. Jos haluat neuvoja teknisistä palveluista tai tilata varaosia, ota yhteys lähimpään valtuutettuun jälleenmyyjään tai Nederman. Jos tuotteessa on toimitettaessa viallisia tai puuttuvia osia, ilmoita asiasta välittömästi kuljetusliikkeelle ja paikalliselle Nederman-edustajalle.

2 Turvallisuus

2.1 Tärkeiden tietojen luokittelu

Tämä asiakirja sisältää tärkeitä tietoja, jotka annetaan joko varoituksina, huomautuksina tai ilmoituksina:



VAROITUS! Henkilövahingon riski

Varoitukset ilmoittavat mahdollisesta vaarasta käyttäjien terveydelle ja turvallisuudelle, ja niissä ilmoitetaan, miten vaaran voi välttää.



HUOMIO! Laitevaurion vaara

Huomautukset koskevat mahdollista vaaraa laitteelle mutta ei henkilöille, ja tapoja, joilla vaara voidaan välttää.



HUOMAUTUS!

Ilmoitukset sisältävät muuta henkilöstön kannalta tärkeää tietoa.

2.2 Yleinen



VAROITUS! Henkilövahingon riski

- Lue aina [Luku 2 Turvallisuus](#) ennen tämän tuotteen asentamista, käyttöä, huoltoa tai vianmäärittystä.
- Noudata kaikkia tämän tuotteen asennukseen, huoltoon ja vianmäärittämiseen liittyviä paikallisia sääntöjä ja määräyksiä.
- Tuotetta ei saa käyttää sellaisten pöly-/kaasuseosten poistamiseen, jotka saattavat vaikuttaa tuotteen materiaaleihin. Katso [Kuva 3](#).
- Pienkohdepoistolaitetta ei saa käyttää räjähdysluokan II C* kaasuseosten poistoon.
- Älä käytä poistovartta EX/ESD-kohteissa.
- Kohdepoistolaitetta ei saa käyttää myrkyllisten aineiden poistamiseen.
- Tarkista, ettei kohdepoistolaitteeseen pääse imeytymään esineitä, jotka voivat aiheuttaa kipinöintiä tai tulipalon.
- Vältä eri prosessien pölyjen sekoittumista, kuten huoltotyön ja muovihiomisen pölyjen sekoittumista metallin hiomispölyyn.






HUOMIO! Laitevaurion vaara

Käytä vain Nederman alkuperäisiä varaosia ja lisävarusteita.

3 Kuvaus

3.1 Käyttöalue

Pienkohdepoistolaitteen malli	Käyttöalue	
FX ₂ Original		Huurut ja höyryt
FX ₂ Original		Pöly
FX ₂ Chem		Kemikaalisovellukset

FI

3.2 Original-pienkohdepoistolaite

FX₂ Original on tarkoitettu kohteisiin, joissa tarvitaan pientä, joustavaa ja helppokäyttöistä pienkohdepoistolaitetta, ja yleiseen käyttöön kohteissa, joissa sähköpurkauksien tai aggressiivisten kemikaalien riski on vähäinen. Sen profiilit on valmistettu eloksoidusta alumiinista NA10.

3.3 Kemiallinen pienkohdepoistolaite

FX₂ Chem on tarkoitettu kohteisiin, joissa tarvitaan pientä, joustavaa ja helppokäyttöistä pienkohdepoistolaitetta, ja savunpoistoon aggressiivisissa ympäristöissä, joissa materiaalin on kestävä korroosiota. Sen profiilit on valmistettu eloksoidusta alumiinista NA20.

3.4 Mitat kanavaliitännät

Katso [Kuva 1](#).

3.5 Tekniset tiedot

FX ₂ Original/Chem	D50 varret	D75 varret	D100 varret
Halkaisija	50 mm	75 mm	100 mm
Paino, ylös/alas - matala	1,9 - 2,8 kg (4.2 - 6.2 lbs)	3,3 - 3,5 kg (7.3 - 7.7 lbs)	4,8 - 6,9 kg (10.6 - 15.2 lbs)
Paino, ylös - Plus	2,5 - 3,4 kg (5.5 - 7.5 lbs)	4,1 - 4,3 kg (9.0 - 9.5 lbs)	5,2 - 7,9 kg (11.5 - 17.4 lbs)
Paino, ylös/alas - läpi	1,9 - 2,8 kg (4.2 - 6.2 lbs)	3,3 - 3,5 kg (7.3 - 7.7 lbs)	4,8 - 5,9 kg (10.6 - 13.0 lbs)
Suositteltu ilmavirta	50 - 110 m ³ /h (29.4 - 64.7 cfm)	110 - 240 m ³ /h (64.7 - 140.3 cfm)	200 - 450 m ³ /h (117.7 - 264.9 cfm)
Maksimi ilmanpaine	142 m ³ /h (83.6 cfm)	318 m ³ /h (187.2 cfm)	565 m ³ /h (332.6 cfm)
Suurin alipaine	3500 Pa (0.51 psi)	3500 Pa (0.51 psi)	3500 Pa (0.51 psi)
Ympäristön lämpötila (poistoilma)	Maks. 70°C (158°F)	Maks. 70°C (158°F)	Maks. 70°C (158°F)
Materiaalien talteenotto	99% painosta	99% painosta	99% painosta

3.6 Materiaalierittely

Katso [Kuva 2](#).

Pos. nro	Materiaali
1	PP-muovi
2	FX ₂ Original: Eloksoitu alumiini N10 FX ₂ Chem: Eloksoitu alumiini N20
3	Kumi: EPDM-kumi
4	Maalattu alumiini
5	Jousi: Ruostumaton teräs
6	Pelti: PP/TPE
7	Akseli: Ruostumaton teräs

FI

4 Asennus



VAROITUS! Henkilövahingon riski

Lue aina [Luku 2 Turvallisuus](#) ennen tämän tuotteen asentamista, käyttöä, huoltoa tai vianmääritystä.

4.1 Vastaanottotarkastus

Mikäli havaitset uudessa tuotteessa vaurioita tai puutteita, ota välittömästi yhteys kuljetusyhtiöön ja paikalliseen Nederman-edustajaan.

4.2 Asennusohjeet

- Katso [Kuva 3](#), [Kuva 4](#), [Kuva 5](#), [Kuva 6](#) ja [Kuva 7](#). Poistovarsi voidaan asentaa seinälle, pöydälle, lattialle tai kattoon. Asennusohje toimitetaan seinä-/kattokiinnikkeen, imukartion ja pöytäkiinnikkeen mukana.
- Katso [Kuva 8](#). Poistovarsi on aina asennettava niin, että nivelien säätönupit ovat oikealla puolella.



HUOMAUTUS!

Jos kanavaliitännän lähellä on YLÖS-nuoli, varren saa asentaa ainoastaan niin, että nuoli osoittaa ylöspäin.

- Katso [Kuva 9](#). Varmista, että varsi ja kanava on yhdistetty oikein.
- Katso [Kuva 12](#). Älä käytä ruuvia varren tämän osan kanssa.

4.2.1 Kaasujousen asennus (vain FX₂ D100 - L2400)

Katso [Kuva 14](#) (B).

4.3 Pelti-, kääntö- ja nivelsäädöt

Nivelet on säädetty tehtaalla normaaleihin työasentoihin. Tarkista ja säädä nivelet aina niin, että ne ovat käyttäjän tarpeiden mukaiset.

Katso [Kuva 14](#) (A).

- 1 Pelti auki.
- 2 Pelti kiinni.

5 Käyttö



VAROITUS! Henkilövahingon riski

Lue aina [Luku 2 Turvallisuus](#) ennen tämän tuotteen asentamista, käyttöä, huoltoa tai vianmääritystä.

5.1 Varren asento

Katso [Kuva 13](#). Aseta varsi aina mahdollisimman lähelle lähdettä. Kun mahdollista, aseta varsi sivuttain lähdettä kohti parhaan poiston varmistamiseksi. Näin vältetään häiritsemättä työprosessia ja minimoidaan ristiveto. Katso [Kuva 13](#) (A).

Tarkista aina ennen työn aloittamista, että ilmavirta imukartiossa on riittävä. Riittämättömän ilmavirran syynä voi olla:

- Puhaltimen siipipyörä pyörii väärään suuntaan.
- Imukartio, varsi tai kanavat ovat tukossa.

FI

Katso pelti-, kääntö- ja nivelsäädöt [Kuva 14](#) (A).

6 Huolto



VAROITUS! Henkilövahingon riski

Lue aina [Luku 2 Turvallisuus](#) ennen tämän tuotteen asentamista, käyttöä, huoltoa tai vianmääritystä.

6.1 Huollon tarkistuslista

Suorita seuraavat huoltotoimenpiteet taulukon mukaisesti ja siinä mahdollisesti ilmoitetuin määräajoin, mutta vähintään kerran vuodessa tai varaosien vaihdon ja asennuksen yhteydessä.

Huoltotoimenpiteet	Väli
Irrota poistovarsi. Puhdista koko varsi sisältä ja ulkoa.	Vuosittain
Tarkista poistokiinnitys seinään, pöytään tai kattoon.	Vuosittain
Tarkista ilmavirta. Jos ilmavirta on pienentynyt, ilmanvaihtojärjestelmä on tarkastettava.	Vuosittain

7 Varaosat



HUOMIO! Laitevaurion vaara

Käytä vain Nederman alkuperäisiä varaosia ja lisävarusteita.

Jos haluat neuvoja teknisistä palveluista tai tilata varaosia, ota yhteys lähimpään valtuutettuun Nederman-jälleenmyyjään. Katso myös www.nederman.com.

7.1 Varaosien tilaaminen

Varaosia tilattaessa ilmoita aina seuraavat tiedot:

- Osa- ja tarkistusnumero (katso tuotteen tyyppikilpeä).
- Varaosan osanumero ja nimi (katso www.nederman.com/en/service/spare-part-search).
- Tarvittavien varaosien lukumäärä.

8 Kierrätys

Tuote on suunniteltu siten, että osien materiaalit voidaan kierrättää. Eri materiaalityypit on käsiteltävä paikallisten säädösten mukaan. Ota kysymyksissä yhteys jälleenmyyjään tai Nederman, kun tuote heitetään pois sen käyttöään lopussa.

Table des matières

Images	6
1 Préface	40
2 Sécurité	40
2.1 Classification des informations importantes	40
2.2 Généralités	40
3 Description	41
3.1 Champ d'application	41
3.2 Bras original	41
3.3 Bras chimique	41
3.4 Dimensions des raccords de conduits	41
3.5 Caractéristiques techniques	41
3.6 Caractéristiques des matériaux	42
4 Installation	42
4.1 Vérification de la livraison	42
4.2 Instructions de montage	42
4.2.1 Montage du ressort pneumatique (FX ₂ D100 - L2400 uniquement).....	42
4.3 Ajustements amortisseurs, pivots et articulations	42
5 Utilisation	43
5.1 Position du bras	43
6 Maintenance	43
6.1 Liste de contrôle pour la maintenance	43
7 Pièces de rechange	43
7.1 Commande de pièces de rechange	43
8 Recyclage	43

1 Préface

Merci d'utiliser un produit Nederman !

Le Groupe Nederman est un fournisseur et développeur leader de produits et solutions pour le secteur de la technologie environnementale. Nos produits innovants filtrent, nettoient et recyclent les environnements les plus exigeants. Les produits et solutions Nederman vous aideront à améliorer votre productivité et à réduire les coûts et l'impact environnemental de vos processus industriels.

Lire attentivement toute la documentation et la plaque signalétique du produit avant l'installation, l'utilisation et l'entretien de ce produit. Remplacer immédiatement la documentation en cas de perte. Nederman se réserve le droit, sans préavis, de modifier et d'améliorer ses produits, y compris la documentation.

Ce produit est conçu pour être conforme aux exigences des directives européennes en vigueur. Pour conserver ce statut, tous les travaux d'installation, de maintenance et de réparation doivent être effectués par du personnel qualifié en n'utilisant que des pièces de rechange et accessoires Nederman d'origine. Pour obtenir des conseils techniques et des pièces de rechange, contacter le distributeur agréé le plus proche ou Nederman. En cas de pièces endommagées ou manquantes à la livraison du produit, en informer immédiatement le transporteur et le représentant Nederman local.

FR

2 Sécurité

2.1 Classification des informations importantes

Ce document contient des informations importantes qui sont présentées sous forme d'avertissement, de mise en garde ou de note :



ATTENTION! Risque de blessures du personnel.

Les avertissements indiquent un danger potentiel lié à la santé et à la sécurité du personnel et expliquent comment ce danger peut être évité.



ATTENTION! Risque de dommages sur l'équipement

Les mises en garde indiquent un danger potentiel pour le produit, mais pas pour le personnel et expliquent comment ce danger peut être évité.



NOTE!

Les remarques contiennent d'autres informations qui sont importantes pour le personnel.

2.2 Généralités



ATTENTION! Risque de blessures du personnel.

- Toujours lire la [Chapitre 2 Sécurité](#) avant l'installation, l'utilisation, l'entretien et la recherche de pannes de ce produit.
- Suivre toutes les réglementations locales pour l'installation, l'entretien et la recherche de pannes de ce produit.
- Le produit ne doit pas être utilisé pour l'extraction de mélanges de poussières et de gaz qui pourraient affecter les matériaux du produit. Voir le [Image 3](#).
- Le bras d'extraction ne doit pas être utilisé pour l'extraction de mélanges de gaz dans la catégorie d'explosion II C*.
- Ne pas utiliser le bras d'extraction pour des applications EX/ESD.
- Le bras d'extraction ne doit pas être utilisé pour l'extraction de substances toxiques.
- Vérifier qu'aucun objet pouvant provoquer des étincelles ou un incendie ne peut être attiré dans le bras.
- Éviter de mélanger des poussières provenant d'activités différentes, par exemple celles générées par du meulage acier avec celles issues de travaux sur matériaux composites.






ATTENTION! Risque de dommages sur l'équipement

Utiliser uniquement des pièces de rechange et accessoires Nederman d'origine.

3 Description

3.1 Champ d'application

Modèle de bras	Champ d'application	
FX ₂ Original		Fumées et vapeur
FX ₂ Original		poussière
FX ₂ Chem		Applications chimiques

FR

3.2 Bras original

Le bras FX₂ Original est destiné aux applications nécessitant de petits bras souples et faciles à utiliser et aux applications générales comportant peu de risque de décharge électrique ou d'attaque par des produits chimiques agressifs. Il est doté de profilés en aluminium anodisé NA10.

3.3 Bras chimique

Le bras FX₂ Chem est destiné aux applications nécessitant de petits bras flexibles et faciles à utiliser ainsi que pour l'extraction des fumées dans des environnements agressifs exigeant une résistance à la corrosion. Il est doté de profilés en aluminium anodisé NA20.

3.4 Dimensions des raccords de conduits

Voir [Image 1](#).

3.5 Caractéristiques techniques

FX ₂ Original/Chem	D50 bras	D75 bras	D100 bras
Diamètre	50 mm	75 mm	100 mm
Poids, haut/bas - faible	1,9 - 2,8 kg (4.2 - 6.2 lbs)	3,3 - 3,5 kg (7.3 - 7.7 lbs)	4,8 - 6,9 kg (10.6 - 15.2 lbs)
Poids, hausse - plus	2,5 - 3,4 kg (5.5 - 7.5 lbs)	4,1 - 4,3 kg (9.0 - 9.5 lbs)	5,2 - 7,9 kg (11.5 - 17.4 lbs)
Poids, haut/bas - faible	1,9 - 2,8 kg (4.2 - 6.2 lbs)	3,3 - 3,5 kg (7.3 - 7.7 lbs)	4,8 - 5,9 kg (10.6 - 13.0 lbs)
Débit d'air recommandé	50 - 110 m ³ /h (29.4 - 64.7 cfm)	110 - 240 m ³ /h (64.7 - 140.3 cfm)	200 - 450 m ³ /h (117.7 - 264.9 cfm)
Débit d'air maximal	142 m ³ /h (83.6 cfm)	318 m ³ /h (187.2 cfm)	565 m ³ /h (332.6 cfm)
Dépression maximale	3500 Pa (0.51 psi)	3500 Pa (0.51 psi)	3500 Pa (0.51 psi)
Température ambiante (air extrait)	Max. 70°C (158°F)	Max. 70°C (158°F)	Max. 70°C (158°F)
Récupération des matériaux	99% du poids	99% du poids	99% du poids

3.6 Caractéristiques des matériaux

Voir [Image 2](#).

Repère	Matériau
1	Plastique PP
2	FX ₂ Original : Aluminium anodisé N10 FX ₂ Chem : Aluminium anodisé N20
3	Caoutchouc : Caoutchouc EPDM
4	Aluminium peint
5	Ressort : Acier inoxydable
6	Clapet : PP/TPE
7	Axe : Acier inoxydable

FR

4 Installation



ATTENTION! Risque de blessures du personnel.

Toujours lire la [Chapitre 2 Sécurité](#) avant l'installation, l'utilisation, l'entretien et la recherche de pannes de ce produit.

4.1 Vérification de la livraison

En cas de pièces endommagées ou manquantes à la livraison du produit, en informer immédiatement le transporteur et le représentant Nederman local.

4.2 Instructions de montage

- Voir [Image 3](#), [Image 4](#), [Image 5](#), [Image 6](#) et [Image 7](#). Le bras d'extraction peut être monté sur un mur, un plan de travail, au sol ou au plafond. Des instructions de montage sont fournies avec les accessoires support mural/de plafond, hotte et support pour plan de travail.
- Voir le [Image 8](#). Le bras doit toujours être monté de sorte que les boutons de réglage sur les articulations soient sur le côté droit.



NOTE!

Si une flèche UP est positionnée près du connecteur de conduit, le bras ne doit être installé qu'avec cette flèche pointant vers le haut.

- Voir le [Image 9](#). Vérifier que le bras et le conduit sont connectés correctement.
- Voir le [Image 12](#). Ne pas utiliser une vis avec cette partie du bras.

4.2.1 Montage du ressort pneumatique (FX₂ D100 - L2400 uniquement)

Voir [Image 14](#) (B).

4.3 Ajustements amortisseurs, pivots et articulations

Les articulations sont réglées en usine pour des positions de travail normaux. Toujours vérifier et ajuster les articulations afin qu'elles correspondent aux préférences des utilisateurs.

Voir [Image 14](#) (A).

- 1 Clapet ouvert.
- 2 Clapet fermé.

5 Utilisation



ATTENTION! Risque de blessures du personnel.

Toujours lire la [Chapitre 2 Sécurité](#) avant l'installation, l'utilisation, l'entretien et la recherche de pannes de ce produit.

5.1 Position du bras

Voir le [Image 13](#). Toujours placer le bras le plus près possible de la source. Dans la mesure du possible, placer le bras sur le côté de la source pour obtenir une meilleure extraction, éviter d'interférer avec le processus de travail et de minimiser l'effet de courant d'air. Voir le [Image 13\(A\)](#).

Toujours vérifier que le débit d'air est suffisant dans la hotte avant le début des travaux. Un débit d'air insuffisant peut être dû à :

- la turbine du ventilateur qui tourne dans le mauvais sens.
- un blocage dans la hotte, le bras ou les conduits

Pour les ajustements du clapet, du pivot et de la liaison. Voir [Image 14 \(A\)](#).

6 Maintenance



ATTENTION! Risque de blessures du personnel.

Toujours lire la [Chapitre 2 Sécurité](#) avant l'installation, l'utilisation, l'entretien et la recherche de pannes de ce produit.

6.1 Liste de contrôle pour la maintenance

Vérifier les points de maintenance suivants en fonction des actions mentionnées dans le tableau, à intervalles réguliers si indiqué, mais au moins une fois par an ou lors du remplacement et du montage des pièces de rechange.

Points de maintenance	Intervalle
Démonter le bras. Nettoyer le bras complet à l'intérieur et à l'extérieur.	Tous les ans
Contrôler le montage du bras sur le mur, le plan de travail ou le plafond.	Tous les ans
Vérifier le débit d'air. S'il est réduit, le système de ventilation doit être inspecté.	Tous les ans

7 Pièces de rechange



ATTENTION! Risque de dommages sur l'équipement

Utiliser uniquement des pièces de rechange et accessoires Nederman d'origine.

Pour obtenir des conseils techniques ou des renseignements concernant les pièces de rechange, contacter le distributeur agréé le plus proche ou Nederman. Consulter également www.nederman.com.

7.1 Commande de pièces de rechange

Les informations suivantes doivent être indiquées lors de la commande de pièces de rechange:

- Numéro de pièce et de contrôle (cf. la plaque signalétique du produit).
- Numéro d'article et nom de la pièce de rechange (voir www.nederman.com/en/service/spare-part-search).
- Quantité de pièces nécessaires.

8 Recyclage

Le produit a été conçu pour que les matériaux des composants soient recyclés. Les différents types de matériaux le composant doivent être traités conformément aux réglementations locales en vigueur. Contacter le distributeur ou Nederman en cas de question concernant la mise au rebut du produit à la fin de sa durée de service.

Sommario

Immagini	6
1 Premessa	45
IT 2 Sicurezza	45
2.1 Classificazione di informazioni importanti	45
2.2 Generalità	45
3 Descrizione	46
3.1 Area di utilizzo	46
3.2 Braccio Original	46
3.3 Braccio Chemical	46
3.4 Dimensioni dei collegamenti del condotto	46
3.5 Dati tecnici	46
3.6 Specifiche per il materiale	47
4 Installazione	47
4.1 Controllo alla consegna	47
4.2 Istruzioni di montaggio	47
4.2.1 Montaggio della molla a gas (FX ₂ D100 - solo L2400)	47
4.3 Regolazioni serrandina, rotazione e collegamento	47
5 Utilizzo	48
5.1 Posizione del braccio	48
6 Manutenzione	48
6.1 Elenco di controllo della manutenzione	48
7 Ricambi	48
7.1 Ordinazione di ricambi	48
8 Riciclaggio	48

1 Premessa

Grazie per aver utilizzato un prodotto Nederman!

Il gruppo Nederman è leader mondiale nella fornitura e nello sviluppo di prodotti e soluzioni per il settore delle tecnologie ambientali. I nostri prodotti innovativi filtreranno, puliranno e ricicleranno negli ambienti più esigenti. I prodotti e le soluzioni ti aiuteranno a migliorare la tua produttività, ridurre i costi e anche l'impatto ambientale dei processi industriali.

Il presente manuale è una guida all'installazione, all'uso e alla manutenzione del prodotto. Leggerlo con attenzione prima di utilizzare il prodotto o di sottoporlo a manutenzione. Sostituirlo immediatamente in caso di smarrimento o danneggiamento. Nederman si riserva il diritto, senza preavviso, di modificare e migliorare i propri prodotti, inclusa la documentazione.

Questo prodotto è progettato per soddisfare i requisiti delle direttive CE. Per mantenere tale stato, tutti i lavori di installazione, manutenzione e riparazione devono essere effettuati da personale qualificato utilizzando esclusivamente ricambi originali. Contattare il rivenditore più vicino o Nederman per consigli relativi all'assistenza tecnica e per richiedere i ricambi. In caso di componenti danneggiati o mancanti al momento della consegna del prodotto, avvisare immediatamente il corriere o il concessionario Nederman locale.

IT

2 Sicurezza

2.1 Classificazione di informazioni importanti

Il presente documento contiene informazioni importanti presentate come avvertenze, precauzioni o note:



AVVERTENZA! Rischio di lesioni personali

Le avvertenze indicano un potenziale pericolo per la salute e la sicurezza del personale e come questo pericolo può essere evitato.



ATTENZIONE! Rischio di danni all'apparecchiatura

Attenzione indica un potenziale pericolo per il prodotto, ma non per il personale, e come questo pericolo può essere evitato.



NOTA!

Le note contengono altre informazioni importanti per il personale.

2.2 Generalità



AVVERTENZA! Rischio di lesioni personali

- Leggere la [Capitolo 2 Sicurezza](#) prima di procedere al montaggio, l'utilizzo, la manutenzione o la ricerca e risoluzione dei problemi su questo prodotto.
- Eseguire le attività di montaggio, manutenzione e ricerca e risoluzione dei problemi su questo prodotto in conformità alle norme e direttive locali.
- Non utilizzare questo prodotto per aspirare miscele di polveri/gas che potrebbero alterare i materiali con cui lo stesso è realizzato. Fare riferimento alla [Immagine 3](#).
- Non utilizzare il braccio aspirante per rimuovere miscele di gas nella categoria di esplosione II C*.
- Non utilizzare il braccio di aspirazione per applicazioni EX/ESD.
- Non utilizzare il braccio aspirante per rimuovere sostanze velenose.
- Non aspirare oggetti che possono provocare scintille o incendi con il braccio aspirante.
- Non mescolare polveri ottenute da processi diversi, quali interventi di manutenzione, molatura della plastica e molatura di metalli.






ATTENZIONE! Rischio di danni all'apparecchiatura

Utilizzare solo Nederman ricambi e accessori originali.

3 Descrizione

3.1 Area di utilizzo

Modello del braccio	Area di utilizzo	
FX ₂ Original		Fumi e vapori
FX ₂ Original		Polvere
FX ₂ Chem		Applicazioni in ambito chimico

IT

3.2 Braccio Original

FX₂ Original è destinato ad applicazioni per cui sono richiesti bracci di piccole dimensioni, flessibili e facili da utilizzare, nonché applicazioni generiche a basso rischio di scariche elettriche o attacco chimico ad opera di agenti aggressivi. Presenta profili realizzati in alluminio anodizzato NA10.

3.3 Braccio Chemical

FX₂ Chem è destinato ad applicazioni per cui sono richiesti bracci di piccole dimensioni, flessibili e facili da utilizzare e per l'aspirazione dei fumi in ambienti aggressivi, per cui sono richieste proprietà di resistenza alla corrosione. Presenta profili in alluminio anodizzato NA20.

3.4 Dimensioni dei collegamenti del condotto

Vedere [Immagine 1](#).

3.5 Dati tecnici

FX ₂ Original/Chem	D50 bracci	D75 bracci	D100 bracci
Diametro	50 mm	75 mm	100 mm
Peso, Su/Giù - Basso	1,9 - 2,8 kg (4.2 - 6.2 lbs)	3,3 - 3,5 kg (7.3 - 7.7 lbs)	4,8 - 6,9 kg (10.6 - 15.2 lbs)
Peso, Su - Più	2,5 - 3,4 kg (5.5 - 7.5 lbs)	4,1 - 4,3 kg (9.0 - 9.5 lbs)	5,2 - 7,9 kg (11.5 - 17.4 lbs)
Peso, Su/Giù - Da parte a parte	1,9 - 2,8 kg (4.2 - 6.2 lbs)	3,3 - 3,5 kg (7.3 - 7.7 lbs)	4,8 - 5,9 kg (10.6 - 13.0 lbs)
Portata consigliata	50 - 110 m ³ /h (29.4 - 64.7 cfm)	110 - 240 m ³ /h (64.7 - 140.3 cfm)	200 - 450 m ³ /h (117.7 - 264.9 cfm)
Portata d'aria massima	142 m ³ /h (83.6 cfm)	318 m ³ /h (187.2 cfm)	565 m ³ /h (332.6 cfm)
Depressione massima	3500 Pa (0.51 psi)	3500 Pa (0.51 psi)	3500 Pa (0.51 psi)
Temperatura ambiente (aria aspirata)	Max. 70°C (158°F)	Max. 70°C (158°F)	Max. 70°C (158°F)
Recupero del materiale	99% del peso	99% del peso	99% del peso

3.6 Specifiche per il materiale

Vedere [Immagine 2](#).

Posizione n.	Materiale
1	Polipropilene
2	FX ₂ Original: alluminio anodizzato N10 FX ₂ Chem: alluminio anodizzato N20
3	Gomma: Gomma EPDM
4	Alluminio verniciato
5	Molla: Acciaio inossidabile
6	Smorzatore: PP/TPE
7	Asse: Acciaio inossidabile

IT

4 Installazione



AVVERTENZA! Rischio di lesioni personali

Leggere la [Capitolo 2 Sicurezza](#) prima di procedere al montaggio, l'utilizzo, la manutenzione o la ricerca e risoluzione dei problemi su questo prodotto.

4.1 Controllo alla consegna

Se ci sono parti danneggiate o mancanti quando il prodotto viene consegnato, notificare al vettore e il rappresentante locale di Nederman immediatamente.

4.2 Istruzioni di montaggio

- Vedere [Immagine 3](#), [Immagine 4](#), [Immagine 5](#), [Immagine 6](#) e [Immagine 7](#). Il braccio aspirante può essere montato a parete, su banco, a pavimento o sul soffitto. Gli accessori staffa da parete/soffitto, staffa da cappa e da banco sono forniti corredati di istruzioni di montaggio.
- Fare riferimento alla [Immagine 8](#). Il braccio si deve montare in modo che le manopole di regolazione sui collegamenti si trovino sul lato destro.



NOTA!

Se in prossimità del connettore del dotto è presente una freccia SU, il braccio si deve montare sempre con tale freccia rivolta verso l'alto.

- Fare riferimento alla [Immagine 9](#). Assicurarsi che braccio e dotto siano collegati in modo corretto.
- Fare riferimento alla [Immagine 12](#). Non usare viti su quella parte del braccio.

4.2.1 Montaggio della molla a gas (FX₂ D100 - solo L2400)

Vedere [Immagine 14](#) (B).

4.3 Regolazioni serrandina, rotazione e collegamento

I collegamenti sono impostati di serie sulle posizioni di lavoro normale. Controllare e regolare i collegamenti in base alle preferenze degli operatori.

Vedere [Immagine 14](#) (A).

- 1 Serrandina aperta.
- 2 Serrandina chiusa.

5 Utilizzo



AVVERTENZA! Rischio di lesioni personali

Leggere la [Capitolo 2 Sicurezza](#) prima di procedere al montaggio, l'utilizzo, la manutenzione o la ricerca e risoluzione dei problemi su questo prodotto.

5.1 Posizione del braccio

Vedere [Immagine 13](#). Collocare il braccio il più vicino possibile al punto di aspirazione. Se praticabile, collocare il braccio a lato del punto di aspirazione per ottimizzare l'operazione, così da evitare interferenze con la procedura di lavoro e ridurre al minimo l'effetto di tiraggio incrociato. Vedere [Immagine 13](#)(A).

Prima di iniziare le operazioni, verificare se il flusso d'aria nella cappa è sufficiente. Le cause di un flusso d'aria insufficiente possono essere:

- Girante della ventola che non ruota nella giusta direzione.
- Ostruzione di cappa, braccio o dotti.

IT

Per le regolazioni di serrandina, rotazione e collegamento, vedere [Immagine 14](#) (A).

6 Manutenzione



AVVERTENZA! Rischio di lesioni personali

Leggere la [Capitolo 2 Sicurezza](#) prima di procedere al montaggio, l'utilizzo, la manutenzione o la ricerca e risoluzione dei problemi su questo prodotto.

6.1 Elenco di controllo della manutenzione

Controllare i seguenti punti per gli interventi di manutenzione in base alle attività riportate nella tabella, a intervalli periodici se previsti, ma almeno una volta all'anno o quando si sostituiscono e si montano parti di ricambio.

Punti per interventi di manutenzione	Frequenza
Smontare il braccio. Pulire il braccio completamente all'interno e all'esterno.	Annualmente
Controllare il braccio per verificare il corretto montaggio a parete, su banco o al soffitto.	Annualmente
Verificare il flusso d'aria. Se risulta ridotto, ispezionare il sistema di ventilazione.	Annualmente

7 Ricambi



ATTENZIONE! Rischio di danni all'apparecchiatura

Utilizzare esclusivamente ricambi originali Nederman.

Contattare il rivenditore autorizzato più vicino o Nederman per consulenze in caso di interventi tecnici o di necessità di ricambi. Vedere anche www.nederman.com.

7.1 Ordinazione di ricambi

Nell'ordine dei ricambi indicare sempre:

- Numero di serie e numero di controllo (fare riferimento alla targhetta identificativa del prodotto).
- Il numero di riferimento del particolare di ricambio e il nome (vedi www.nederman.com/en/service/spare-part-search).
- Quantità desiderata di ricambi.

8 Riciclaggio

Il prodotto è progettato in modo da riciclare i materiali che lo compongono. I differenti tipi di materiali devono essere gestiti in conformità alle normative locali vigenti. In caso di dubbi sullo smaltimento del prodotto al termine della sua vita contattare il rivenditore o Nederman.

Inhoudsopgave

Afbeeldingen	6
1 Voorwoord	50
2 Veiligheid	50
2.1 Indeling van belangrijke informatie	50
2.2 Algemeen	50
3 Beschrijving	51
3.1 Toepassingsgebied	51
3.2 Original-arm	51
3.3 Chemische arm	51
3.4 Afmetingen leidingkoppelingen	51
3.5 Technische gegevens	51
3.6 Materiaalspecificatie	52
4 Installatie	52
4.1 Controle bij levering	52
4.2 Montagehandleiding	52
4.2.1 Montage van de gasveer (alleen FX ₂ D100 - L2400).....	52
4.3 Demper, draaikoppeling en verbindingsaanpassingen	52
5 Gebruik	52
5.1 Armpositie	53
6 Onderhoud	53
6.1 Checklist voor onderhoud	53
7 Reserveonderdelen	53
7.1 Bestellen van reserveonderdelen	53
8 Recycling	53

1 Voorwoord

Bedankt voor het gebruik van een Nederman product!

De Nederman Group is een wereldwijd toonaangevende leverancier en ontwikkelaar van producten en oplossingen voor de milieutechnologiesector. Onze innovatieve producten filteren, reinigen en recyclen in de meest veeleisende omgevingen. Nederman's producten en oplossingen helpen u uw productiviteit te verbeteren, kosten te verlagen en ook de impact op het milieu van industriële processen te verminderen.

Lees alle productinformatie en het typeplaatje op het product aandachtig alvorens dit product te installeren, te gebruiken en er onderhoud aan te verrichten. Vervang de documentatie onmiddellijk indien deze verloren geraakt is. Nederman behoudt zich het recht voor om zijn producten, inclusief de documentatie, zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen en/of te verbeteren.

Dit product voldoet aan de eisen van de desbetreffende EG-richtlijnen. Om deze status te behouden mogen installatie, onderhoud en reparaties alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel en dit uitsluitend met originele reserveonderdelen en accessoires van Nederman. Neem contact op met uw dichtstbijzijnde erkende Nederman-dealer voor technisch advies en reserveonderdelen. Indien het product bij de levering is beschadigd of er ontbreken onderdelen, dienen het transportbedrijf en uw lokale Nederman-vertegenwoordiger hiervan onmiddellijk op de hoogte te worden gebracht.

NL

2 Veiligheid

2.1 Indeling van belangrijke informatie

Dit document bevat belangrijke informatie in de vorm van waarschuwingen, aanmaningen om voorzichtig te zijn of opmerkingen:



WAARSCHUWING! Gevaar voor persoonlijk letsel

Waarschuwingen wijzen op een mogelijk gevaar voor de gezondheid en veiligheid van het personeel en hoe dat gevaar kan worden vermeden.



VOORZICHTIG! Gevaar voor schade aan het materieel

Waarschuwingen duiden op een mogelijk gevaar voor het product, maar niet voor het personeel, en hoe dat gevaar kan worden vermeden.



OPMERKINGEN!

Opmerkingen bevatten extra informatie die belangrijk zijn voor het personeel.

2.2 Algemeen



WAARSCHUWING! Gevaar voor persoonlijk letsel

- Lees vóór installatie, gebruik, service of probleemoplossing van dit product altijd [Hoofdstuk 2 Veiligheid](#).
- Volg alle lokale regels en voorschriften voor de installatie, service en probleemoplossing van dit product.
- Het product mag niet worden gebruikt voor het afzuigen van stof- en gasmengsels die de productmaterialen zouden kunnen aantasten. Zie [Afbeelding 3](#).
- De afzuigarm mag niet worden gebruikt voor het afzuigen van gasmengsels in explosiecategorie II C *.
- Gebruik de afzuigarm niet voor EX/ESD-toepassingen.
- De afzuigarm mag niet worden gebruikt voor het afzuigen van giftige stoffen.
- Let op dat er geen voorwerpen die tot vonken of brand kunnen leiden, in de arm kunnen worden getrokken.
- Voorkom dat stof van verschillende processen zich mengt, bijvoorbeeld slijpsel van onderhoudswerk en kunststof gemengd met metaalslijpsel.






VOORZICHTIG! Gevaar voor schade aan het materieel

Gebruik uitsluitend originele reserveonderdelen en accessoires van Nederman.

3 Beschrijving

3.1 Toepassingsgebied

Model arm	Toepassingsgebied	
FX ₂ Original		Rook en dampen
FX ₂ Original		Stof
FX ₂ Chem		Chemische toepassingen

3.2 Original-arm

FX₂ Original is bestemd voor toepassingen waar kleine, flexibele en eenvoudig te gebruiken armen nodig zijn en voor algemene toepassingen waar weinig risico bestaat voor elektrische ontladingen of aantasting door agressieve chemicaliën. Het heeft profielen van geanodiseerd aluminium NA10.

3.3 Chemische arm

FX₂ Chem is bestemd voor toepassingen waar kleine, flexibele en eenvoudig te gebruiken armen nodig zijn in agressieve omgevingen, waar corrosiebestendigheid noodzakelijk is. Het heeft profielen van geanodiseerd aluminium NA20.

3.4 Afmetingen leidingkoppelingen

Zie [Afbeelding 1](#).

3.5 Technische gegevens

FX ₂ Original/Chem	D50 armen	D75 armen	D100 armen
Diameter	50 mm	75 mm	100 mm
Gewicht, omhoog/omlaag - laag	1,9 - 2,8 kg (4.2 - 6.2 lbs)	3,3 - 3,5 kg (7.3 - 7.7 lbs)	4,8 - 6,9 kg (10.6 - 15.2 lbs)
Gewicht, omhoog - Plus	2,5 - 3,4 kg (5.5 - 7.5 lbs)	4,1 - 4,3 kg (9.0 - 9.5 lbs)	5,2 - 7,9 kg (11.5 - 17.4 lbs)
Gewicht, omhoog/omlaag - door	1,9 - 2,8 kg (4.2 - 6.2 lbs)	3,3 - 3,5 kg (7.3 - 7.7 lbs)	4,8 - 5,9 kg (10.6 - 13.0 lbs)
Aanbevolen luchtstroom	50 - 110 m ³ /h (29.4 - 64.7 cfm)	110 - 240 m ³ /h (64.7 - 140.3 cfm)	200 - 450 m ³ /h (117.7 - 264.9 cfm)
Maximumluchtdebiet	142 m ³ /h (83.6 cfm)	318 m ³ /h (187.2 cfm)	565 m ³ /h (332.6 cfm)
Maximaal vacuüm	3500 Pa (0.51 psi)	3500 Pa (0.51 psi)	3500 Pa (0.51 psi)
Omgevingstemperatuur (afgezogen lucht)	Max. 70°C (158°F)	Max. 70°C (158°F)	Max. 70°C (158°F)
Terugwinning van materiaal	99% op gewicht	99% op gewicht	99% op gewicht

3.6 Materiaalspecificatie

Zie [Afbeelding 2](#).

Positie nr.	Materiaal
1	PP-plastic
2	FX ₂ Original: Geanodiseerd aluminium N10 FX ₂ Chem: Geanodiseerd aluminium N20
3	Rubber: EPDM-rubber
4	Gelakt aluminium
5	Veer: Roestvrij staal
6	Regelklep: PP/TPE
7	As: Roestvrij staal

4 Installatie



WAARSCHUWING! Gevaar voor persoonlijk letsel

Lees vóór installatie, gebruik, service of probleemoplossing van dit product altijd [Hoofdstuk 2 Veiligheid](#).

4.1 Controle bij levering

Indien het product bij de levering is beschadigd of er ontbreken onderdelen, dienen het transportbedrijf en uw lokale Nederman-vertegenwoordiger hiervan onmiddellijk op de hoogte te worden gebracht.

4.2 Montagehandleiding

- Zie [Afbeelding 3](#), [Afbeelding 4](#), [Afbeelding 5](#), [Afbeelding 6](#) en [Afbeelding 7](#). De afzuigarm kan op een wand, werkblad, vloer of plafond worden gemonteerd. De accessoires wand-/plafondsteun, kap en werkbladsteun worden geleverd met montagevoorschriften.
- Zie [Afbeelding 8](#). De arm moet altijd zo worden gemonteerd, dat de stelknoppen op de verbindingen aan de rechterkant zitten.



OPMERKINGEN!

Als er een pijl-omhoog in de buurt van de buisconnector is geplaatst, mag de arm alleen zodanig worden geïnstalleerd dat deze pijl naar boven wijst.

- Zie [Afbeelding 9](#). Zorg dat de arm en de buis goed zijn verbonden.
- Zie [Afbeelding 12](#). Gebruik geen schroef bij dat deel van de arm.

4.2.1 Montage van de gasveer (alleen FX₂ D100 - L2400)

Zie [Afbeelding 14](#) (B).

4.3 Demper, draaikoppeling en verbindingsaanpassingen

De verbindingen zijn in de fabriek afgesteld op de normale werkstand. Controleer altijd of de verbindingen op de voorkeur van de gebruiker zijn afgesteld en pas indien nodig aan.

Zie [Afbeelding 14](#) (A).

- 1 Demper open.
- 2 Demper gesloten.

5 Gebruik



WAARSCHUWING! Gevaar voor persoonlijk letsel

Lees vóór installatie, gebruik, service of probleemoplossing van dit product altijd [Hoofdstuk 2 Veiligheid](#).

5.1 Armpositie

Zie [Afbeelding 13](#). Plaats de arm altijd zo dicht mogelijk bij de bron. Plaats voor de beste afzuiging de arm zo mogelijk zijwaarts ten opzichte van de bron om verstoring van het werkproces te voorkomen en het effect van dwarsstroom tot een minimum te beperken. Zie [Afbeelding 13\(A\)](#).

Controleer altijd of de luchtstroom in de kap voldoende is alvorens met werken te beginnen. Een onvoldoende luchtstroom kan te wijten zijn aan:

- De waaier van de ventilator draait in de verkeerde richting.
- Kap, arm of leidingen zijn geblokkeerd.

Voor aanpassingen van demper, draaikoppeling en verbinding, zie [Afbeelding 14 \(A\)](#).

6 Onderhoud



WAARSCHUWING! Gevaar voor persoonlijk letsel

Lees vóór installatie, gebruik, service of probleemoplossing van dit product altijd [Hoofdstuk 2 Veiligheid](#).

6.1 Checklist voor onderhoud

Controleer de volgende onderhoudspunten volgens de acties in de tabel, met periodieke tussenpozen zoals vermeld, maar ten minste eenmaal per jaar of bij het verwisselen en monteren van reserveonderdelen.

Actiepunten onderhoud	Interval
Demonteer de arm. Reinig de hele arm aan binnen- en buitenkant.	Jaarlijks
Controleer de montage van de arm op de muur, werkblad of plafond.	Jaarlijks
Controleer de luchtstroom. Als deze gereduceerd is, moet het ventilatiesysteem worden nagezien.	Jaarlijks

7 Reserveonderdelen



VOORZICHTIG! Gevaar voor schade aan het materieel

Gebruik uitsluitend originele reserveonderdelen en accessoires van Nederman.

Neem contact op met uw dichtstbijzijnde erkende dealer of met Nederman voor technisch advies en reserveonderdelen. Zie ook www.nederman.com.

7.1 Bestellen van reserveonderdelen

Wanneer u reserveonderdelen bestelt dient u steeds het volgende te vermelden:

- Onderdeel- en controlenummer (raadpleeg het productidentificatieplaatje).
- Detailnummer en naam van het reserveonderdeel (zie www.nederman.com/en/service/spare-part-search).
- Het aantal benodigde onderdelen.

8 Recycling

Het product werd ontworpen met recycleerbare materialen. De verschillende materiaalsoorten moeten overeenkomstig de betreffende plaatselijke wetgeving worden verwerkt. Neem contact op met de distributeur of met Nederman indien u twijfels hebt over het tot schroot verwerken van het product aan het einde van zijn levensduur.

Spis treści

	Obrazy	6
1	Wprowadzenie	55
2	Bezpieczeństwo	55
2.1	Klasyfikacja ważnych informacji	55
2.2	Informacje ogólne	55
3	Opis	56
3.1	Obszar użytkowania	56
3.2	Ramię w wersji Original	56
3.3	Ramię w wersji Chemical	56
3.4	Wymiary połączenia kanałów	56
3.5	Dane techniczne	56
3.6	Specyfikacja materiałowa	57
4	Instalacja	57
4.1	Kontrola dostawy	57
4.2	Instrukcja montażu	57
4.2.1	Montaż sprężyny gazowej (tylko FX ₂ D100 - L2400)	57
4.3	Regulacja przepustnicy, łącznika obrotowego i przegubu	57
5	Użytkowanie	58
5.1	Pozycja ramienia	58
6	Konserwacja	58
6.1	Lista kontrolna konserwacji	58
7	Części zamienne	58
7.1	Zamawianie części zamiennych	58
8	Recykling	58

1 Wprowadzenie

Dziękujemy za korzystanie z Nederman produktu!

Nederman Grupa jest wiodącym na świecie dostawcą i producentem produktów i rozwiązań dla sektora technologii środowiskowych. Nasze innowacyjne produkty mogą filtrować, czyścić i poddać recyklingowi w najbardziej wymagających środowiskach. Nedermanprodukty i rozwiązania pomogą Ci zwiększyć produktywność, obniżyć koszty, a także zmniejszyć wpływ procesów przemysłowych na środowisko.

Przed przystąpieniem do montażu, obsługi i serwisowania produktu uważnie zapoznaj się z wszelką dokumentacją produktu oraz z treścią jego tabliczki znamionowej. W razie zagubienia dokumentacji należy natychmiast pozyskać jej nowy egzemplarz. Firma Nederman zastrzega sobie prawo do modyfikowania i udoskonalania swoich produktów – w tym dokumentacji – bez uprzedniego powiadomienia.

Niniejsze urządzenie zostało zaprojektowane w sposób zapewniający zgodność z odpowiednimi dyrektywami WE. Utrzymanie tego stanu gwarantowane jest pod warunkiem wykonywania wszystkich prac związanych z instalacją, konserwacją i naprawami przez wykwalifikowanych pracowników oraz z wykorzystaniem wyłącznie oryginalnych części zamiennych. W razie konieczności skorzystania z pomocy serwisu technicznego i zamówienia części zamiennych skontaktuj się z firmą Nederman lub jej najbliższym autoryzowanym dystrybutorem. W przypadku uszkodzenia lub brakujących części należy natychmiast poinformować o tym lokalnego przedstawiciela firmy Nederman.

2 Bezpieczeństwo

2.1 Klasyfikacja ważnych informacji

Niniejszy dokument zawiera ważne informacje przedstawione w postaci ostrzeżeń, ostrzeżeń i uwag.



OSTRZEŻENIE! Ryzyko obrażeń ciała

Ostrzeżenia wskazują na potencjalne zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa personelu oraz informują o sposobach unikania takich zagrożeń.



PRZESTROGA! Ryzyko uszkodzenia sprzętu

„Przestrogi” wskazują potencjalne zagrożenia dla produktu, lecz nie dla personelu, oraz precyzują, jak ich uniknąć.



UWAGA!

W uwagach zamieszczono inne ważne dla użytkowników informacje.

2.2 Informacje ogólne



OSTRZEŻENIE! Ryzyko obrażeń ciała

- Przed przystąpieniem do korzystania z produktu lub poddaniem go jakimkolwiek czynnościom konserwacyjno-naprawczym należy zapoznać się z treścią [Rozdział 2 Bezpieczeństwo](#).
- Korzystanie z produktu i poddawanie go jakimkolwiek czynnościom konserwacyjno-naprawczym wymaga zgodności z lokalnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
- Produktu nie należy używać do odprowadzania takich mieszanin pyłu/gazu, które mogłyby spowodować jego uszkodzenie. Patrz [Obraz 3](#).
- Ramienia odciągowego nie należy używać do odprowadzania gazowych mieszanin wybuchowych grupy II C*.
- Ramienia wyciągowego nie wolno stosować w warunkach zagrożenia wybuchem (EX) bądź wyładowaniami elektrostatycznymi (ESD).
- Ramienia odciągowego nie należy używać do odprowadzania substancji trujących.
- Należy upewnić się, że do ramienia nie zostaną wciągnięte żadne przedmioty mogące spowodować jego zapłon.
- Unikać mieszania pyłów pochodzących z różnych procesów, np. prac serwisowych i szlifowania tworzyw sztucznych oraz metali.






PRZESTROGA! Ryzyko uszkodzenia sprzętu

Należy używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych firmy Nederman.

3 Opis

3.1 Obszar użytkowania

Model ramienia	Obszar użytkowania	
FX ₂ Original		Dymy i opary
FX ₂ Original		Pył
FX ₂ Chem		Substancje chemiczne

3.2 Ramię w wersji Original

FX₂ Original jest przeznaczony do zastosowań, gdzie potrzebne są niewielkie, elastyczne i łatwe w obsłudze ramiona. Jest to zarazem produkt przeznaczenia ogólnego, odpowiedni do zastosowań, gdzie małe jest ryzyko wyładowania elektrostatycznego bądź szkodliwego działania żrących substancji chemicznych. Posiada profile wykonane z anodyzowanego aluminium NA10.

3.3 Ramię w wersji Chemical

FX₂ Chem jest przeznaczony do zastosowań, w których wymagane są małe, elastyczne i łatwe w użyciu ramiona oraz do odciągania oparów w agresywnych środowiskach, w których musi być zapewniona odporność na korozję. Posiada profile wykonane z anodyzowanego aluminium NA20.

3.4 Wymiary połączenia kanałów

Patrz [Obraz 1](#).

3.5 Dane techniczne

FX ₂ Original/Chem	D50 ramiona	D75 ramiona	D100 ramiona
Średnica	50 mm	75 mm	100 mm
Masa, góra/dół - Mała	1,9 - 2,8 kg (4.2 - 6.2 lbs)	3,3 - 3,5 kg (7.3 - 7.7 lbs)	4,8 - 6,9 kg (10.6 - 15.2 lbs)
Masa, góra - Plus	2,5 - 3,4 kg (5.5 - 7.5 lbs)	4,1 - 4,3 kg (9.0 - 9.5 lbs)	5,2 - 7,9 kg (11.5 - 17.4 lbs)
Masa, góra/dół - Przez	1,9 - 2,8 kg (4.2 - 6.2 lbs)	3,3 - 3,5 kg (7.3 - 7.7 lbs)	4,8 - 5,9 kg (10.6 - 13.0 lbs)
Zalecany przepływ powietrza	50 - 110 m ³ /h (29.4 - 64.7 cfm)	110 - 240 m ³ /h (64.7 - 140.3 cfm)	200 - 450 m ³ /h (117.7 - 264.9 cfm)
Maksymalny przepływ powietrza	142 m ³ /h (83.6 cfm)	318 m ³ /h (187.2 cfm)	565 m ³ /h (332.6 cfm)
Maksymalne podciśnienie	3500 Pa (0.51 psi)	3500 Pa (0.51 psi)	3500 Pa (0.51 psi)
Temperatura otoczenia (powietrze wywiewane)	Maks. 70°C (158°F)	Maks. 70°C (158°F)	Maks. 70°C (158°F)

FX ₂ Original/Chem	D50 ramiona	D75 ramiona	D100 ramiona
Recykling materiałów	99% masy	99% masy	99% masy

3.6 Specyfikacja materiałowa

Patrz [Obraz 2](#).

Nr pozycji	Materiał
1	tworzywo polipropylenowe
2	FX ₂ Original: Aluminium anodyzowane N10 FX ₂ Chem: Aluminium anodyzowane N20
3	kauczuk: EPDM (terpolimer etylenu z propylenem i dienem)
4	Lakierowane aluminium
5	Sprężyna: Stal nierdzewna
6	amortyzator: PP (polipropylen) / TPE (elastomer termoplastyczny)
7	Oś: Stal nierdzewna

PL

4 Instalacja



OSTRZEŻENIE! Ryzyko obrażeń ciała

Przed przystąpieniem do korzystania z produktu lub poddaniem go jakimkolwiek czynnościom konserwacyjno-naprawczym należy zapoznać się z treścią [Rozdział 2 Bezpieczeństwo](#).

4.1 Kontrola dostawy

W przypadku stwierdzenia uszkodzenia części lub niekompletności produktu w momencie jego dostawy należy natychmiast poinformować o tym przewoźnika i lokalnego przedstawiciela firmy Nederman.

4.2 Instrukcja montażu

- Patrz, [Obraz 3](#), [Obraz 4](#), [Obraz 5](#), [Obraz 6](#) i [Obraz 7](#). Ramię odciągowe można montować na ścianie, stole warsztatowym, podłodze lub suficie. Instrukcja montażu dołączona jest do zestawu akcesoriów montażowych, w skład którego wchodzi wspornik ścienny/sufitowy, okap oraz wspornik umożliwiający montaż do stołu warsztatowego.
- Patrz [Obraz 8](#). Ramię należy zamontować tak, aby pokrętła regulacyjne na przegubach znajdowały się po prawej stronie.



UWAGA!

Jeśli strzałka z napisem „UP” umieszczona jest w pobliżu przyłącza kanałowego, ramię należy zamontować tak, aby strzałka zawsze skierowana była w górę.

- Patrz [Obraz 9](#). Upewnij się, że ramię i kanał są prawidłowo połączone.
- Patrz [Obraz 12](#). Nie używaj wkrętów do montażu tej części ramienia.

4.2.1 Montaż sprężyny gazowej (tylko FX₂ D100 - L2400)

Patrz [Obraz 14](#) (B).

4.3 Regulacja przepustnicy, łącznika obrotowego i przegubu

Przeguby ustawione są fabrycznie w normalnej pozycji roboczej. Zawsze przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić czy ustawienie przegubów odpowiada preferencjom użytkownika.

Patrz [Obraz 14](#) (A).

- 1 Przepustnica otwarta.
- 2 Przepustnica zamknięta.

5 Użytkowanie



OSTRZEŻENIE! Ryzyko obrażeń ciała

Przed przystąpieniem do korzystania z produktu lub poddaniem go jakimkolwiek czynnościom konserwacyjno-naprawczym należy zapoznać się z treścią [Rozdział 2 Bezpieczeństwo](#).

5.1 Pozycja ramienia

Patrz [Obraz 13](#). Ramię należy umieszczać zawsze jak najbliżej źródła. Jeśli to możliwe, ramię należy umieścić ukośnie w stosunku do źródła, co zapewnia najlepszy wychwyty, pozwala uniknąć ingerencji w proces pracy i minimalizuje skutki podmuchów bocznych. Patrz [Obraz 13](#) (A).

Przed rozpoczęciem pracy należy każdorazowo sprawdzić czy przepływ powietrza w okapie jest wystarczający. Przyczyną niewystarczającego przepływu powietrza może być:

- Wirnik wentylatora obracający się w niewłaściwym kierunku.
- Zablockowany okap, ramię lub kanały.

Regulacja przepustnicy, łącznika obrotowego i przegubu, patrz [Obraz 14](#) (A).

6 Konserwacja



OSTRZEŻENIE! Ryzyko obrażeń ciała

Przed przystąpieniem do korzystania z produktu lub poddaniem go jakimkolwiek czynnościom konserwacyjno-naprawczym należy zapoznać się z treścią [Rozdział 2 Bezpieczeństwo](#).

6.1 Lista kontrolna konserwacji

Należy sprawdzać następujące punkty czynności konserwacyjnych zgodnie z czynnościami podanymi w tabeli, w określonych odstępach czasu, ale przynajmniej raz w roku lub podczas wymiany i montażu części zamiennych.

Elementy działań konserwacyjnych	Przedział czasowy
Zdemontować ramię. Oczyszczyć całe ramię od wewnątrz i na zewnątrz.	Corocznie
Sprawdzić zamocowanie ramienia do ściany, stołu warsztatowego lub sufitu.	Corocznie
Sprawdzić przepływ powietrza. Jeśli jest zbyt niski, skontrolować system wentylacyjny.	Corocznie

7 Części zamienne



PRZESTROGA! Ryzyko uszkodzenia sprzętu

Należy używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych firmy Nederman.

W razie konieczności uzyskania wskazówek dotyczących serwisu technicznego lub pomocy w sprawie części zamiennych, skontaktuj się z firmą Nederman lub jej najbliższym autoryzowanym dystrybutorem. Patrz również: www.nederman.com.

7.1 Zamawianie części zamiennych

W przypadku zamawiania części zawsze należy podawać następujące informacje:

- Numer części i numer kontrolny (patrz: tabliczka znamionowa produktu).
- Numer szczegółowy i nazwę części zamiennych (patrz: www.nederman.com/en/service/spare-part-search).
- Wymagana ilość części.

8 Recykling

Produkt został zaprojektowany w taki sposób, aby możliwe było powtórne przetworzenie materiałów użytych do produkcji jego elementów. Z materiałami różnego rodzaju należy postępować zgodnie z właściwymi przepi-

sami miejscowymi. W razie wątpliwości podczas utylizowania produktu po zakończeniu okresu jego eksploatacji skontaktuj się z firmą Nederman lub jej dystrybutorem.

Innehållsförteckning

Bilder	6
1 Förord	61
2 Säkerhet	61
2.1 Klassificering av viktig information	61
2.2 Allmänt	61
3 Beskrivning	62
3.1 Användningsområde	62
3.2 Original-armen	62
3.3 Chemical-armen	62
3.4 Mått, kanalanslutningar	62
3.5 Tekniska data	62
3.6 Materialspecifikationer	63
4 Installation	63
4.1 Leveranskontroll	63
4.2 Monteringsanvisning	63
4.2.1 Montering av gasfjädern (endast FX ₂ D100 - L2400).....	63
4.3 Justering av spjäll samt swivel och länk	63
5 Användning	63
5.1 Armens placering	64
6 Underhåll	64
6.1 Checklista för underhåll	64
7 Reservdelar	64
7.1 Beställa reservdelar	64
8 Återvinning	64

1 Förord

Tack för att du använder en Nederman-produkt!

Nederman Group är en världsledande leverantör och utvecklare av produkter och lösningar för miljötekniksektorn. Våra innovativa produkter filtrerar, renar och återvinner i de mest krävande miljöer. Nederman:s produkter och lösningar hjälper dig att öka din produktivitet, sänka kostnader och minska miljöpåverkan från industriella processer.

Läs all produktokumentation och produktens märkskylt noga före installation, drift och service av produkten. Ersätt dokumentationen omedelbart om den skulle försvinna. Nederman förbehåller sig rätten att ändra och förbättra sina produkter, inklusive dokumentation, utan föregående avisering.

Den här produkten uppfyller kraven i tillämpliga EU-direktiv. För att produktens ska fortsätta att uppfylla kraven måste alla installationer, underhållsarbeten och reparationer utföras av behörig personal som endast använder originaldelar och tillbehör från Nederman. Kontakta närmaste auktoriserade återförsäljare eller Nederman för rådgivning vid teknisk service samt för att erhålla reservdelar. Kontakta omedelbart speditören och den lokala Nederman-representanten om delar saknas eller är skadade när produkten levereras.

2 Säkerhet

2.1 Klassificering av viktig information

Det här dokumentet innehåller viktig information som presenteras antingen som en varning, ett försiktighetsmeddelande eller en kommentar.



WARNING! Risk för personskada

Varningar anger en möjlig fara för personalens hälsa och säkerhet, samt hur faran kan undvikas.



VARSAMHET! Risk för skada på utrustningen

"Försiktig" betecknar en potentiell risk för produkten, men innebär inte fara för personal, och anger hur risken kan förhindras.



NOTERA!

Anmärkningar innehåller annan information som är viktig för medarbetarna.

2.2 Allmänt



WARNING! Risk för personskada

- Läs igenom [Kapitel 2 Säkerhet](#) innan produkten installeras, används, servas eller felsöks.
- Följ alla lokala regler och bestämmelser avseende installation, service och felsökning av den här produkten.
- Produkten får inte användas för att suga upp damm/gas-blandningar som kan påverka produktmaterialen. Se [Bild 3](#).
- Utsugsarmen får inte användas för att suga upp gasblandningar i explosionskategori II C*.
- Använd inte utsugsarmen för EX/ESD-tillämpningar.
- Utsugsarmen får inte användas för att suga upp giftiga ämnen.
- Se till att inga föremål som kan ge upphov till gnistbildning eller brand kan dras in i armen.
- Undvik att blanda damm från olika processer, till exempel damm från servicearbete och plastslipning med damm från metallslipning.



VARSAMHET! Risk för skada på utrustningen

Använd endast Nederman originalreservdelar och tillbehör.

3 Beskrivning

3.1 Användningsområde

Armmodell	Användningsområde	
FX ₂ Original		Gaser och ångor
FX ₂ Original		Dust (damm/støv)
FX ₂ Chem		Kemiska tillämpningar

3.2 Original-armen

FX₂ Original är avsedd för tillämpningar där det behövs små, flexibla och lättanvända armar samt för allmänna tillämpningar där det finns liten risk för elektriska urladdningar eller angrepp av aggressiva kemikalier. Den har profiler som är tillverkade av anodiserat aluminium NA10.

SV

3.3 Chemical-armen

FX₂ Chem är avsedd för tillämpningar där det behövs små, flexibla och lättanvända armar för utsugning av ånga i aggressiva miljöer där utrustningen måste vara rostbeständig. Den har profiler av anodiserad aluminium, NA20.

3.4 Mått, kanalanslutningar

Se [Bild 1](#).

3.5 Tekniska data

FX ₂ Original/Chem	D50 armar	D75 armar	D100 armar
Diameter	50 mm	75 mm	100 mm
Vikt, upp/ner - Låg	1,9 - 2,8 kg (4.2 - 6.2 lbs)	3,3 - 3,5 kg (7.3 - 7.7 lbs)	4,8 - 6,9 kg (10.6 - 15.2 lbs)
Vikt, upp - Plus	2,5 - 3,4 kg (5.5 - 7.5 lbs)	4,1 - 4,3 kg (9.0 - 9.5 lbs)	5,2 - 7,9 kg (11.5 - 17.4 lbs)
Vikt, upp/ner - Genom	1,9 - 2,8 kg (4.2 - 6.2 lbs)	3,3 - 3,5 kg (7.3 - 7.7 lbs)	4,8 - 5,9 kg (10.6 - 13.0 lbs)
Rekommenderat luftflöde	50 - 110 m ³ /h (29.4 - 64.7 cfm)	110 - 240 m ³ /h (64.7 - 140.3 cfm)	200 - 450 m ³ /h (117.7 - 264.9 cfm)
Max. luftflöde	142 m ³ /h (83.6 cfm)	318 m ³ /h (187.2 cfm)	565 m ³ /h (332.6 cfm)
Maximalt vakuum	3500 Pa (0.51 psi)	3500 Pa (0.51 psi)	3500 Pa (0.51 psi)
Omgivningstemperatur (extra-herad luft)	Max. 70°C (158°F)	Max. 70°C (158°F)	Max. 70°C (158°F)
Materialåtervinning	99% av vikten	99% av vikten	99% av vikten

3.6 Materialspecifikationer

Se [Bild 2](#).

Position nr	Material
1	PP-plast
2	FX ₂ Original Anodiserad aluminium, N10 FX ₂ Chem Anodiserad aluminium, N20
3	Gummi: EPDM-gummi
4	Lackerad aluminium
5	Fjäder: Rostfritt stål
6	Spjäll: PP/TPE
7	Axel: Rostfritt stål

4 Installation



WARNING! Risk för personskada

Läs igenom [Kapitel 2 Säkerhet](#) innan produkten installeras, används, servas eller felsöks.

SV

4.1 Leveranskontroll

Kontakta omedelbart speditören och den lokala representanten för Nederman om delar saknas eller är skadade när produkten levereras.

4.2 Monteringsanvisning

- Se [Bild 3](#), [Bild 4](#), [Bild 5](#), [Bild 6](#) och [Bild 7](#). Utsugsarmen kan monteras på väggen, på en bänk, på golvet eller i taket. Monteringsanvisningar medföljer vägg-/takfästet, kåpan och bänkfästet.
- Se [Bild 8](#). Armen ska alltid monteras så att justeringsvreden på länkarna är på höger sida.



NOTERA!

Om det finns en uppåtpil nära röranslutningen måste armen monteras så att denna pil pekar uppåt.

- Se [Bild 9](#). Kontrollera att armen och röret är korrekt monterade.
- Se [Bild 12](#). Använd inte en skruv på denna del av armen.

4.2.1 Montering av gasfjädern (endast FX₂ D100 - L2400)

Se [Bild 14](#) (B).

4.3 Justering av spjäll samt swivel och länk

Länkarna är fabriksinställda för normal arbetsställning. Kontrollera och justera alltid länkarna efter användarnas önskemål.

Se [Bild 14](#) (A).

- 1 Spjället öppet.
- 2 Spjället stängt.

5 Användning



WARNING! Risk för personskada

Läs igenom [Kapitel 2 Säkerhet](#) innan produkten installeras, används, servas eller felsöks.

5.1 Armens placering

Se [Bild 13](#). Placera alltid armen så nära källan som möjligt. Om det är möjligt ska armen placeras vid sidan om källan för bästa uppsugning. På så sätt störs inte arbetsprocessen och påverkan av korsdrag minimeras. Se [Bild 13 \(A\)](#).

Kontrollera alltid att luftflödet i kåpan är tillräckligt innan arbetet inleds. Ett otillräckligt luftflöde kan bero på

- att fläkthjulet roterar i fel riktning
- att kåpan, armen eller rören är igentäppta.

För justering av spjäll samt swivel och länk, se [Bild 14 \(A\)](#).

6 Underhåll



WARNING! Risk för personskada

Läs igenom [Kapitel 2 Säkerhet](#) innan produkten installeras, används, servas eller felsöks.

6.1 Checklista för underhåll

Kontrollera följande underhållspunkter enligt åtgärderna i tabellen, med jämna mellanrum om så anges, men minst en gång om året eller vid utbyte och montering av reservdelar.

Åtgärds punkter för underhåll	Intervall
Demontera armen. Rengör hela armen invändigt och utvändigt.	Varje år
Kontrollera armens fäste på väggen, bänken eller i taket.	Varje år
Kontrollera luftflödet. Om flödet är nedsatt måste ventilationssystemet kontrolleras.	Varje år

SV

7 Reservdelar



VARSAMHET! Risk för skada på utrustningen

Använd endast Nederman originalreservdelar och tillbehör.

Kontakta närmaste auktoriserade återförsäljare eller Nederman för information om teknisk service eller om du behöver beställa reservdelar. Se även www.nederman.com.

7.1 Beställa reservdelar

Ange alltid följande information vid beställning av reservdelar:

- Komponent- och kontrollnummer (se produktens märkskylt).
- Reservdelens artikelnummer och namn (se www.nederman.com/en/service/spare-part-search).
- Antal erforderliga reservdelar.

8 Återvinning

Produkten är designad så att komponentmaterialet kan återvinnas. De olika materialtyperna måste hanteras i enlighet med tillämpliga lokala bestämmelser. Kontakta leverantören eller Nederman om det skulle uppstå oklarheter kring produktens skrotning i slutet av dess livslängd.

目录

图像	6
1 前言	66
2 安全性	66
2.1 重要信息分类	66
2.2 一般	66
3 说明	66
3.1 使用范围	66
3.2 原吸尘臂	67
3.3 化学环境吸尘臂	67
3.4 管道连接尺寸	67
3.5 技术数据	67
3.6 材料规格	67
4 安装	68
4.1 交货检查	68
4.2 安装说明	68
4.2.1 安装气弹簧 (仅限 FX ₂ D100 - L2400)	68
4.3 风门、旋转接头和连接调整	68
5 使用	68
5.1 吸尘臂位置	68
6 维护	68
6.1 维护清单	68
7 备件	69
7.1 订购备件	69
8 回收利用	69

1 前言

感谢您使用Nederman产品！

Nederman集团是环境技术领域产品和解决方案的全球领先供应商和开发商。我们的创新产品将在最苛刻的环境中进行过滤，清洁和回收利用。Nederman的产品和解决方案将帮助您提高生产率，降低成本，并减少工业流程对环境的影响。




请在安装、使用和维修本产品之前，认真阅读本手册。一旦手册丢失，请立即更换。Nederman保留修改和改进其产品（包括文档）且无须事先通知的权利。

本产品符合相关 EC 指令的要求。为保持这一状态，所有安装、维修和维护工作均应由取得资格的人员完成，并且只能使用原装 Nederman 备件。请联系距您最近的授权经销商或 Nederman，寻求有关技术服务的建议和获取备件。如果受损或缺少部件，请立即通知运输公司和当地的 Nederman 代表。

2 安全性



2.1 重要信息分类

本文档所含的重要信息以警告、注意或提示的方式呈现。请参见以下示例：

	警告！人员伤亡风险 “警告”表示对人员的健康和​​安全构成潜在危险以及如何避免该危险。
	警告！设备损坏风险 “警告”是指对产品而非操作人员的潜在危害，以及如何避免该危害。
	注意！ “注意”包含其他需要相关人员予以重视的信息。

ZH

2.2 一般

	警告！人员伤亡风险 <ul style="list-style-type: none"> 对产品进行安装、使用、保养或故障排除前，始终请先阅读章节 2 安全性。 对此产品进行安装、保养和故障排除时，请遵循所有本地规章制度。 切勿将其用于吸取可能影响产品材料的灰尘/气体混合物。请参见图像 3。 切勿将吸尘臂用于吸取爆炸类别 II C * 中的气体混合物。 请勿将吸尘臂用于 EX/ESD 应用。 切勿将吸尘臂用于吸取有毒物质。 检查并确保没有可能引起火花或火灾的物体被吸入吸尘臂。 避免混合来自不同流程的灰尘，例如来自保养工作和塑性磨削的灰尘与来自金属磨削的灰尘混合。
	警告！设备损坏风险 仅使用 Nederman 原装零备件及配件。

3 说明

3.1 使用范围

抽排臂型号	使用范围	
FX ₂ Original		烟雾和蒸气
FX ₂ Original		粉尘
FX ₂ Chem		化学应用

3.2 原吸尘臂

FX₂ Original 适用于需要小巧、灵活和易于使用的抽排臂的应用，以及出现放电或侵蚀性化学物质危险性小的一般应用场合。其型材由阳极氧化铝 NA10 制成。

3.3 化学环境吸尘臂

FX₂ Chem 适用于需要小型、灵活且易于使用的抽排臂的应用，以及在腐蚀性环境中抽排烟雾且必须具有耐腐蚀性的应用场合。其型材由阳极氧化铝 NA20 制成。

3.4 管道连接尺寸

参见 [图像 1](#) 章节。

3.5 技术数据

FX ₂ Original/Chem	D50 吸尘臂	D75 吸尘臂	D100 吸尘臂
直径	50 mm	75 mm	100 mm
重量，上/下 - 低	1,9 - 2,8 kg (4.2 - 6.2 lbs)	3,3 - 3,5 kg (7.3 - 7.7 lbs)	4,8 - 6,9 kg (10.6 - 15.2 lbs)
重量，上 - 加	2,5 - 3,4 kg (5.5 - 7.5 lbs)	4,1 - 4,3 kg (9.0 - 9.5 lbs)	5,2 - 7,9 kg (11.5 - 17.4 lbs)
重量，上/下 - 穿过	1,9 - 2,8 kg (4.2 - 6.2 lbs)	3,3 - 3,5 kg (7.3 - 7.7 lbs)	4,8 - 5,9 kg (10.6 - 13.0 lbs)
建议风量	50 - 110 m ³ /h (29.4 - 64.7 cfm)	110 - 240 m ³ /h (64.7 - 140.3 cfm)	200 - 450 m ³ /h (117.7 - 264.9 cfm)
最大风量	142 m ³ /h (83.6 cfm)	318 m ³ /h (187.2 cfm)	565 m ³ /h (332.6 cfm)
最大真空	3500 Pa (0.51 psi)	3500 Pa (0.51 psi)	3500 Pa (0.51 psi)
环境温度 (抽排气体)	最高 70°C (158°F)	最高 70°C (158°F)	最高 70°C (158°F)
材料回收	重量的 99%	重量的 99%	重量的 99%

ZH

3.6 材料规格

参见 [图像 2](#) 章节。

位置编号	材料
1	PP 塑料
2	FX ₂ Original : 阳极氧化铝 N10 FX ₂ Chem : 阳极氧化铝 N20
3	橡胶 : EPDM 橡胶
4	涂层铝
5	弹簧 : 不锈钢
6	减震器 : PP/TPE
7	轴 : 不锈钢

4 安装



警告！人员伤亡风险

对产品进行安装、使用、保养或故障排除前，始终请先阅读[章节 2 安全性](#)。

4.1 交货检查

如果在交付产品时发现损坏或缺少任何零件，请立即告知运输公司和本地 Nederman 代表。

4.2 安装说明

- 请参见 [图像 3](#), [图像 4](#), [图像 5](#), [图像 6](#) 和 [图像 7](#)。吸尘臂可以安装在墙壁、工作台、地板或天花上。安装说明与壁式/天花支架、外罩和工作台支架等附件一同提供。
- 请参见 [图像 8](#)。吸尘臂的安装必须始终使连接处的调节旋钮 位于右侧。



注意！

如果向上箭头位于管道接头附近，吸尘臂的安装则必须只能使此箭头指向上。

- 请参见 [图像 9](#)。请确保吸尘臂与导管适当连接。
- 请参见 [图像 12](#)。请勿在吸尘臂的该部分使用螺丝。

4.2.1 安装气弹簧 (仅限 FX₂ D100 - L2400)

参见 [图像 14](#) (B)。

4.3 风门、旋转接头和连接调整

连接的出厂设置适用于正常工作位置。请始终对连接进行检查和调整，以确保其适合于用户偏好。

参见 [图像 14](#) (A)。

- 1 风门打开。
- 2 风门关闭。

5 使用



警告！人员伤亡风险

对产品进行安装、使用、保养或故障排除前，始终请先阅读[章节 2 安全性](#)。

5.1 吸尘臂位置

请参见 [图像 13](#)。始终将吸尘臂尽可能靠近尘源放置。可能的话，请将吸尘臂放置在尘源的侧边以获取最佳的吸尘效果，从而避免干扰工作过程，同时最小化交叉气流的影响。请参见 [图像 13](#) (A)。

在开始工作之前，始终先检查外罩中的气流是否足够。气流不足可能是因为：

- 风机叶轮旋转方向错误。
- 外罩、吸尘臂或导管堵塞。

风门、旋转接头和连接调整，参见 [图像 14](#) (A)。

6 维护



警告！人员伤亡风险

对产品进行安装、使用、保养或故障排除前，始终请先阅读[章节 2 安全性](#)。

6.1 维护清单

根据照表中的操作检查以下维护操作点，如有规定则定期检查，但应至少每年检查一次或在更换和安装备件时检查。

维护操作点	间隔
拆卸吸尘臂。清洁整个吸尘臂的内、外。	每年
检查吸尘臂在墙上、长凳上或天花上的安装情况。	每年

维护操作点	间隔
检查气流。如果有所减少，则必须检查通风系统。	每年

7 备件



警告！设备损坏风险
只能使用 Nederman 原装备件。

如需有关技术服务的建议或者需要备件相关帮助，请联系距您最近的授权经销商或 Nederman。另请参见 www.nederman.com。

7.1 订购备件

订购备件时，请提供以下信息：

- 零部件及控件编号（见产品铭牌）。
- 备件的详细编号和名称（参见 www.nederman.com/en/service/spare-part-search）。
- 所需备件的数量。

8 回收利用

本产品的的设计使组件材料可以回收利用。不同类型的材料请按当地相关规定处理。有关产品达到使用寿命进行报废时如有不确定，请联系经销商或 Nederman。

Nederman

www.nederman.com